

Sprawa nr: 08-PON30-D-ODiZZB-DIAG-17

Warszawa, dnia 13.10.2017r.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
fax. 261853133
strona internetowa: www.wihe.pl
(nazwa i adres Zamawiającego)

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.10.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla ODiZZB WIHiE w Puławach - Spr. nr 08-PON30-D-ODiZZB-DIAG-17, zadanie nr 20

W wyniku wpłynięcia zapytania do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy jego treść wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 20:

Pytanie:

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jakiego zestawu kalibracyjnego wymagają Państwo w zadaniu nr 20 (Densytometr) : do próbek o średnicy 18 mm czy do próbek o średnicy 16 mm ?

Odpowiedź:

Urządzenie dostarczone do Zamawiającego musi umożliwiać dokonanie pomiaru densytometrycznego zarówno w próbkach o śr. 18 mm jak i próbkach o śr. 16 mm. W skład „zestawu kalibracyjnego” w rozumieniu Zamawiającego wchodzi wszystkie elementy dodatkowe do tego konieczne (np. adaptory). Urządzenie musi posiadać fabrycznie wykonaną kalibrację do pomiarów w obu typach próbek.

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii

Arkadiusz PERSKI