

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z z akcesoriami: pipetusem,
palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych a adapterem na naboje gazowe, mini vortexem i
systemem do aspiracji pożywek
dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie*

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa
Tel.: 26 185 31 01
Faks: 26 185 31 33
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboji gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

4. **Termin realizacji zamówienia:** do 21 dni od daty podpisania umowy.

5. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

6. **Udzielona gwarancja:** nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

7. **Warunki płatności:** przelew do 14 dni.

8. **Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:**

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)
2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

9. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

- 1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
Beata Pająk tel. 261 853 062, e-mail: beata.pajak@wihe.pl
- 2) w sprawach formalnych:
Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl

10. Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria
jawna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

**"Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami:
pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboju
gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni
Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie - Spr. nr 03/PON30/D/SPGiBM/19".**

Termin składania ofert upływa w dniu. 30.04.2019 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w **Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- a) Cena brutto – znaczenie 80%
- a) Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


h

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz obliczenia ceny
2. Projekt umowy

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karła Kaczkowskiego

płk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI



.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboji gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie.

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie*
1	2	3	4
I INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY			
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać	
4	NIP	Tak - podać	
5	REGON	Tak - podać	
6	Tel.	Tak - podać	
7	Fax	Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) Adres e-mail ww. osoby	Tak - podać	
10		Tak - podać	

11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
12	Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	
II OFERTA CENOWA			
13	Cena ofertowa brutto w zł	Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zł Słownie:
III OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA			
A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE			
14.	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami	Tak – podać nazwa, typ	
15.	- komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN-EN 12469, zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia	Tak- podać	
16.	- Pionowy, laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie 0,25 do 0,50 m/s według normy PN-EN 12469:2002.	Tak- podać	
17.	- cichobieżne wentylatory	Tak	
18.	- dwa filtry HEPA H14	Tak	
19.	- Godzinowy licznik czasu pracy. Lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem w czasie pracy	Tak	
20.	- Dodatkowa lampa UV na wymianę	Tak	
21.	- Okno frontowe wykonane z hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca	Tak	
22.	- Boki komory z otworami okiennymi lub pełne	Tak - podać	
23.	- Min. dwa gniazda prądu wewnątrz komory	Tak - podać	
24.	- Podstawa komory na blokowanych kółkach w opcji regulacji wysokości	Tak	
25.	- Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego w języku polskim	Tak	
26.	- Komora wyposażona w laminaryzator – osłonę pod filtrem zapewniającą uporządkowany, równomierny przepływ powietrza.	Tak	

27.	- Funkcja Stand-By		Tak
28.	- Wentylatory EC oraz oświetlenie energooszczędne zmniejszające pobór prądu o 76% w trybie pracy oraz 87% w trybie StandBy		Tak
29.	- Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV, PN-EN 12469:2002		Tak
30.	- Certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego TUV, PN-EN 61010-1:2011		Tak
31.	- Deklaracja zgodności CE		Tak
32.	- Komora produkowana zgodnie z ISO17025		Tak
33.	- Protokół badania integralności filtrów, prędkości przepływu powietrza i zawartości cząstek. Badanie wykonane fotometrem, anemometrem i laserowym czujnikiem cząstek.		Tak
34.	- Max. Wymiary zewnętrzne szer/gleb/wys w mm 1400x800x2100		Tak - podać
35.	- Min. Wymiary wewnętrzne szer/gleb/wys w mm 1250x640x660		Tak - podać
36.	- Ilość wentylatorów – min. sztuk 3		Tak - podać
37.	- Ilość płyt w blacie max. 4		Tak - podać
38.	- Regulowany przepływ powietrza 0,25-0,50 m/s		Tak - podać
39.	- Poziom głośności nie większy niż 55 db		Tak - podać
40.	- Intensywność oświetlenia w lux min. 1500		Tak - podać
41.	- Zasilanie 1-fazowe 230 V/50 Hz		Tak
42.	Pipetus		Tak-podać Nazwa, typ
43.	- Podstawka do ładowania		Tak
44.	- Pipetus wyposażony w regulację prędkości oraz trybu pracy		Tak
45.	- Dodatkowa płynna regulacja poprzez siłę nacisku klawiszy pobierania i podawania		Tak
46.	- Mikrofiltr, który chroni wnętrze pipetora przed przypadkowym zalaniem, zanieczyszczeniami mechanicznymi, chemicznymi i bakteriologicznymi 0,20 um lub 0,45 um		Tak
47.	- Uchwyt pipety, filtr oraz osłonka autoklawowalne		Tak
48.	- Możliwość sterylizacji UV		Tak
49.	- Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności 0,5 – 100 ml		Tak
50.	- Akumulatory pozwalające na pracę do kilku godzin		Tak
51.	- Sygnalizacja LED stanu ładowania baterii		Tak
52.	Mini vortex		Tak-podać Nazwa, typ
53.	- Zasilanie 230 V/50 Hz		Tak
54.	- Prędkość obrotów/min do 3000.		Tak - podać
55.	- Rodzaj ruchu orbitalny		Tak

56.	- Funkcja dotykowa	Tak
57.	- Średnica orbity min. 5 mm	Tak - podać
58.	- Zabezpieczenie konstrukcji podstawy przed przemieszczaniem podczas wirowania	Tak
59.	- Małe wymiary i zwarta konstrukcja	Tak
60.	Palnik laboratoryjny z adapterem na naboje gazowe	Tak-podać Nazwa, typ
61.	- Palnik gazowy z włącznikiem nożnym w komplecie	Tak
62.	- W zestawie adapter do podłączenia naboju gazowych CV360	Tak
63.	- Zestaw 2 opakowań naboju CV360 w komplecie	Tak
64.	- Wyposażony w system monitorowania płomienia (posiada zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgasnięcia płomienia lub braku zapłonu), ochronę przed przegrzaniem oraz zdejmowaną głowicę ułatwiającą utrzymanie palnika w czystości	Tak
65.	- Brak trybu pracy ciągłej	Tak
66.	Aspirator do hodowli komórkowych	Tak-podać Nazwa, typ
67.	- zintegrowany system zawierający pompę próżniową i zbiornik do zbierania cieczy	Tak
68.	- Butelka i przewody do zbiornika autoklawowalne	Tak
69.	- Konieczne zabezpieczenie pracy urządzenia	Tak
70.	- Wężę silikonowe przyłączeniowe w zestawie	Tak - podać
71.	- Pojemność butelki min. 2 L	Tak - podać
72.	- Zakres próżni od 0 do min. 200 mbar (regulowany)	Tak - podać
73.	- Zasilanie 230V/50 Hz	Tak
74.	- Waga nie większa niż 6 kg	Tak - podać
B WYMAGANIA DODATKOWE		
75.	Termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy	Tak - podać w dniach
76.	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.	Tak - podać w miesiącach
77.	Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne	Tak

UWAGA!

* **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości
Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Załącznik nr 1a

do Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy**Arkusz obliczenia ceny**

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych z adapterem do naboji gazowych, mini vortexem oraz systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie.

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym z adapterem, mini vortexem, aspiratorem do hodowli komórkowych											
RAZEM												X

***Uwaga:**

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu2019 r. w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

Dyrektora - płk dr n. biol. Roberta Zdanowskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w przy ul., kod, REGON, NIP,, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

L p	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/ model	Produ cent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, mini vortexem, palnikiem laboratoryjnym z adapterem, aspiratorem do hodowli komórkowych											
RAZEM										X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym ofertę z dnia, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (SPGiBM WIHE w Warszawie, ul. Kozielska 4, bud. nr 42 II.p);
 - wartości związane z montażem, uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dni od daty podpisania umowy.
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej (SPGiBM) WIHE w Warszawie, ul. Kozielska 4 (budynek nr 42 IIp.), w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – P. Beata Pająk, tel. 261 853 062, e-mail: beata.pajak@wihe.pl dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.
5. Na wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia „Towaru” aż do chwili przyjęcia przedmiotu danego zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy pomocy poczty, kuriera, przewoźnika, podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania tych podmiotów jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia dla podmiotu realizującego transport/przesyłkę.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) opóźnienia w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) -

w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia w terminie 7 dni od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania " Protokołu zdawczo-odbiorczego" przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.
Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Sprawa nr: 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:	
Firma:		Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii	
ul.		ul. Kozielska 4	
Kod, Miejscowość		01-163 Warszawa	
NIP		NIP 527-020-62-63	

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. , kod 01-163, przy ul. Kozielskiej 4, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141719., zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Waldemar Giel, e-mail: iod@wihe.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 - przenoszenia danych,
 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).