



WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 101 fax 261 853 133
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl



Sprawa nr: 08/D/ODiZZB/C19/20

Warszawa, dnia 23.03.2020 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 20.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę termocyklera z budową modułową dla ODiZZB WIHE w Puławach – Spr. nr 08/D/ODiZZB/C19/20

W wyniku wpłynięcia zapytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu spełniającego wszystkie wymagane parametry, ale bez certyfikatu IVD CE?”.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie systemu bez certyfikatu IVD CE, pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagane parametry.

Pytanie:

„Czy Zamawiający zgodzi się na instalację urządzenia i szkolenie z jego obsługi oraz oprogramowania w (j. polskim) przeprowadzone dla pracowników przez przedstawiciela producenta urządzenia w trybie on-line (połączenie, telefoniczne lub internetowe, tzw. webinar)? Instalacja polegająca na wytłumaczeniu wyznaczonemu przedstawicielowi zamawiającego jak przeprowadzić proces uruchomienia aparatury bez potrzeby pojawiania się przedstawiciela producenta w miejscu instalacji. Szkolenie z obsługi systemu oraz jego użytkowania a także omówienie i wytłumaczenie funkcji oprogramowania do sterowania i analizy wyników polegające na połączeniu ze specjalistą aplikacyjnym producenta w jednym z wymienionych trybów”.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się aby instalacja urządzenia oraz szkolenie pracowników z obsługi aparatu i oprogramowania zostało przeprowadzone w trybie on-line.

**SPECJALISTA
DS. ADMINISTRACYJNYCH**
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Arkadiusz FERSKI