



WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. gen. Karola Kaczkowskiego

01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4

tel. 261 853 101, fax 261 853 133

e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

#SZCZEPIMYSIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

***Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
„Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami
dla SPNiB WIHE w Warszawie”.***

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego,
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4, tel. 261853101, fax 261853133,
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63,
KRS Nr 0000141719, adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. –
prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
Zamówienie poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1). Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie.

CPV: 39711120-6 Zamrażarki

2). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5) Koszty transportu (dostawy), instalacji pokrywa Wykonawca.

6) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty

(materiały) z dokładnym opisem oferowanego sprzętu potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

- 1). **Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej**, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 2). **Arkusz obliczenia ceny**, stanowiący Załącznik nr 1a do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

6. Termin związania ofertą: do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Warunki płatności: przelew do 14 dni.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza możliwość stosowania przez wykonawcę względem zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

8. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1). Oferty należy składać do dnia **29.09.2021 r. do godz. 09:00** w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4, Kancelaria jawna z dopiskiem na kopercie „Oferta na zamrażarkę niskotemperaturową – Spr. nr 07/D/SPNiB/OPUS19/21” lub skan oferty w formacie PDF wysłać e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl
- 2). Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data i godzina wpływu).

9. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – waga 100% (max. 100 pkt)

Oferta, która uzyskała największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborcze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa, projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11. Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego: www.wihe.pl.

12. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą wyznaczoną z ramienia Zamawiającego do kontaktu w postępowaniu jest Małgorzata Antos – Bielska, tel. 261 853 136, e-mail: malgorzata.bielska@wihe.pl

13. Załączniki:

Załącznik nr 1- Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Załącznik nr 1a – Arkusz obliczenia ceny

Załącznik nr 2- Projekt umowy

Złącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Warszawa, dnia 21.09.2021 r.

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

cz.p.o. płk mgr inż. Paweł SERAFIN

.....
 pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na sprzedaż i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami
 dla SPNiB WIHE w Warszawie

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
|----------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY | | |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać | |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać | |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać | |
| 4 | NIP | Tak - podać | |
| 5 | REGON | Tak - podać | |
| 6 | Tel. | Tak - podać | |
| 7 | Fax | Tak - podać | |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać | |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać | |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać | |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak | |
| II OFERTA CENOWA | | | |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zapytania ofertowego | zł Słownie: |
| III OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA | | | |
| A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE | | | |
| 14. | <p>Zamrażarka niskotemperaturowa, charakteryzująca się następującymi parametrami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, produkowane seryjnie (nie dopuszcza się modyfikacji wykonywanych samodzielnie przez Wykonawcę). 2. Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). 3. Pojemność użytkowa komory: co najmniej 720 litrów. 4. Możliwość pomieszczenia co najmniej 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50 mm w dedykowanych, metalowych stelażach. 5. Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. 6. Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów. 7. Maksymalne wymiary zewnętrzne: <ol style="list-style-type: none"> a. szerokość 1030 mm b. głębokość 890 mm c. wysokość 1995 mm 8. Minimalne wymiary wewnętrzne: <ol style="list-style-type: none"> a. szerokość 870 mm | Tak – podać szczegóły techniczne | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>b. głębokość 600 mm c. wysokość 1400 mm</p> <p>9. Wnętrze ze stali pokrytej na stałe trwałą, łatwo zmywalną i gładką powłoką w kolorze białym.</p> <p>10. Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny.</p> <p>11. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z zamkiem wbudowanym w uchwyty drzwi.</p> <p>12. Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi.</p> <p>13. System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny. Port ręczny gwintowany, ogrzewany i ulokowany w pobliżu uchwyty drzwi.</p> <p>14. Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.</p> <p>15. Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelki.</p> <p>16. Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego.</p> <p>17. Konstrukcja bezfiltrowa – brak konieczności regularnej konserwacji filtra skraplacza.</p> <p>18. Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia.</p> <p>19. Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć typu pendrive.</p> <p>20. Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii odporowej.</p> <p>21. Wyświetlane komunikaty tekstowe podawane w języku polskim lub angielskim.</p> <p>22. Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od $\pm 5^{\circ}\text{C}$ do $\pm 20^{\circ}\text{C}$ oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) b. zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) c. niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut) <p>23. Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut).</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|----|---|----------------------------------|--|
| | <p>24. Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia.</p> <p>25. Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego.</p> <p>26. Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm (nie mniej niż 3 porty).</p> <p>27. Bezpociągowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania.</p> <p>28. Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz.</p> <p>29. Maksymalna waga urządzenia 330 kg.</p> <p>30. Zamrażarka wyposażona w 6 szt. Stelaży na 24 pudełka kriogeniczne o wysokości 5cm wraz z 150 szt. Pudełek kartonowych o wys. 5cm z kratownicą 9x9 lub 10x10.</p> <p>31. Zamrażarka wyposażona w Zestaw 20 mikroplytek do hodowli 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plytki przeznaczone do hodowli sferoidów komórkowych. • Dołki powleczone hydrofilowym, nieadhezyjnym polimerem zapobiegającym przyczepianiu się komórek do ścianek płytki. • 96 dołków w kształcie litery „U”. Maksymalna pojemność pojedynczego dołka: 300 µl. • Wykonane z przezroczystego materiału o wysokiej przejrzystości optycznej, ułatwiającej analizę mikroskopową. | | |
| 15 | <p>Wymagany system CO2 backup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstrukcja wolnostojąca umożliwiająca podłączenie do dowolnej zamrażarki niskotemperaturowej -86°C. 2. W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej system musi zapewniać utrzymanie bezpiecznej temperatury roboczej na poziomie co najmniej -70°C. 3. Panel sterowania z odporną na zalanie, płaską klawiaturą membranową. 4. Dedykowane, oddzielne wskaźniki zasilania sieciowego i stanu awaryjnego. 5. Przycisk TEST do kontroli sprawności systemu. 6. Panel sterowania i przyłącza zamontowane w układzie przód-tył (panel sterowania na przedniej ścianie obudowy, przyłącza na ścianie tylnej). | Tak – podać szczegóły techniczne | |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|--|
| | <p>7. Dwa odseparowane wyświetlacze LED wskazujące temperaturę oraz % pozostalego gazu w butli.</p> <p>8. Sygnalizacja opróżnionej butli.</p> <p>9. Funkcja TEST do sprawdzania poprawności działania systemu.</p> <p>10. Akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez okres co najmniej 5 dni.</p> <p>11. Czujnik temperatury do programowania progu aktywacji systemu.</p> <p>12. Czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający przed włączeniem backupu w trakcie rutynowych czynności roboczych związanych z załadunkiem / rozładunkiem prób.</p> <p>13. Wykręcane antywibracyjne nóżki zapobiegające niekontrolowanemu przesuwaniu.</p> <p>14. Maksymalne wymiary zewnętrzne wraz ze wszystkimi wystającymi elementami:</p> <ol style="list-style-type: none"> szerokość 210 mm głębokość 300 mm wysokość 160 mm <p>15. W wyposażeniu komplet przyłączy i akcesoriów niezbędnych do poprawnego działania systemu (w tym kompatybilna butla syfonowa z 30 kg dwutlenku węgla).</p> | | |
| 16 | <p>Niezależny rejestrator temperatury</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dwa czujniki przewodowe Pt1000. - Pomiar temperatury w zakresie -99°C do +50°C z dokładnością 0,01°C. - Interwał rejestracji regulowany w zakresie od 1 do 99 minut. Pamięć na minimum 100 000 rekordów. - Wyświetlacz tekstowy z menu w języku polskim. - Zasilanie sieciowe i bateryjne. Zasilanie bateryjne z powszechnie dostępnych, wymiennych ogniw AA/R6 1,5 V umożliwiający podtrzymanie funkcji rejestracji przez co najmniej 24 godziny. - Alarm przekroczenia zadanego progu temperatury oraz zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Wbudowany moduł GSM umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS o alarmach na co najmniej 5 numerów komórkowych. - Możliwość dowolnego redagowania treści wiadomości alarmowych. | Tak – podać szczegóły techniczne | |

| | | | |
|----------|--|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Wymiana baterii i karty SIM bez użycia narzędzi. - Zewnętrzna antena wspomagająca sygnał GSM. - Konfiguracja i odczyt danych poprzez port USB. Dołączone darmowe i niewymagające instalacji oprogramowanie w języku polskim - Rejestracja zmian na wbudowanym wejściu stykowym NO/NC. | | |
| 17 | Dokument autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP | Tak – załączyć do oferty | |
| B | 1.1 WYMAGANIA DODATKOWE | | |
| 18. | Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy | Tak – podać w dniach | |
| 19. | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej Protokołem Zdawczo-odbiorczym. | Tak – podać w miesiącach | |
| 20. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak | |

UWAGA!

* **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości
Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

Oferta na sprzedaż i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | | |

***Uwaga:**

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

UMOWA DOSTAWY Nr.....(Projekt).

W dniu2021 roku w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

..... –

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

....., z siedzibą w przy ul., kod pocztowy:, REGON, NIP, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez, nr, reprezentowaną przez:

..... –,

zwaną dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym ofertę z dnia2021 r., którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. „Wykonawca” zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 do Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie.

§ 2

1. Za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 „Zamawiający” zobowiązuje się Zapłacić „Wykonawcy” cenę w łącznej kwocie **zł brutto** (słownie:).
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z transportem do siedziby „Zamawiającego” wraz z załadunkiem i rozładunkiem, opakowaniem transportowym, opłatami pośrednimi, należnościami celnymi, uruchomieniem, rabatami cenowymi i podatkiem VAT oraz opłatę za opakowanie producenta.

§ 3

„Zamawiający” zobowiązuje „Wykonawcę” do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez „Zamawiającego” w Zapytaniu ofertowym z dnia2021 r., zaś „Wykonawca” zobowiązuje się wymagania te spełnić.

§ 4

1. Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się **do** dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. „Wykonawca” udziela **miesięcznej** gwarancji od daty dostawy przedmiotu umowy potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5

1. Termin płatności strony ustaliły na 14 dni (słownie: czternaście dni) licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, która może zostać przez „Wykonawcę” wystawiona po dostarczeniu kompletnego i zgodnego z wymogami „Zamawiającego” przedmiotu zamówienia potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Należność będzie przekazana na konto „Wykonawcy” wskazane na fakturze.
3. **Fakturę wraz z podpisanym Protokołem zdawczo-odbiorczym należy dostarczyć do Kancelarii jawnej WIHE w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 (bud nr 1 pok. Nr 7).**
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza możliwość stosowania przez „Wykonawcę” względem „Zamawiającego” ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

1. „Zamawiający” może naliczyć „Wykonawcy” kary umowne z tytułu:
 - a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto towaru niedostarczonego przez „Wykonawcę” w umówionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - b) stwierdzonego przez „Zamawiającego” niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w całości (np. z powodu dostarczenia towaru niezgodnego z wymaganiami „Zamawiającego”, o których mowa w niniejszej umowie) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2. W takim przypadku „Zamawiającemu” przysługuje także prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od „Wykonawcy”;
 - c) stwierdzonego przez „Zamawiającego” niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w części (np. z powodu dostarczenia części towaru niezgodnego z wymaganiami „Zamawiającego”, o których mowa w niniejszej umowie) w wysokości 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, w której umowa została przez „Wykonawcę” wykonana w sposób nienależyty lub nie została wykonana;
 - d) Odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od „Zamawiającego” w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w §2.
2. W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokrywa w pełni wysokości szkody Poniesionej przez „Zamawiającego”, „Zamawiającemu” służy roszczenie o pokrycie różnicy na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Odstąpienie od niniejszej umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b i d może nastąpić w terminie 6 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku określonym w § 6 ust. 1 lit. c nie będą przysługiwały „Wykonawcy” inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za asortyment już dostarczony i przyjęty przez „Zamawiającego”.

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze „Zamawiający” niezwłocznie zawiadomi o tym „Wykonawcę”.
2. „Wykonawca” zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na złożoną przez „Zamawiającego” reklamację w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem „Zamawiającego”.
3. „Zamawiającemu” przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru w całości lub w części i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

- a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości, w tym nie posiadającego określonego w niniejszej umowie terminu gwarancji,
 - b) dostarczenia towaru niezgodnego z przedmiotem zamówienia.
4. „Zamawiającemu” przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

§ 9

1. „Wykonawca”, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie „Zamawiającego”, zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji „Zamawiającego”.
2. Dla należności przeterminowanych (których termin płatności już minął) „Wykonawca” zobowiązuje się do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do „Zamawiającego” o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległych należności „Wykonawcy”, przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu ich ewentualnego sądowego dochodzenia.
3. „Wykonawca” może dokonać przelewy wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody „Zamawiającego”.

§10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do niniejszej umowy.

§ 11

1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby „Zamawiającego”.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Załącznik Nr 1 - Kserokopia Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej.
Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ ODBIORU
dostawy
udzielonej w trybie zapytania ofertowego

spisany w dniu r. w sprawie końcowego odbioru dostawy/usługi pn.:

.....

Zamawiający/Wnioskodawca:

1.

2.

Wykonawca:

1.

Dostawa/usługa zrealizowana na podstawie umowy nr z dnia..... r.
przez:

.....

Opis przedmiotu dostawy:

.....

.....

Przekazane dokumenty:

.....

.....

Po sprawdzeniu dokonanej dostawy stwierdza się, że:

Dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą umową/zleceniem.

TAK / NIE*

Dostawa zostaje odebrana / nieodebrana*.

Okres gwarancji biegnie od dnia

Uwagi:

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający/Wnioskodawca

1. 2.

Wykonawca

1. 2.

*Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą przy ul. Kozielskiej 4, 01-163 Warszawa; e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl ;
2. przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wihe.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.