



WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 101 fax 261 853 133
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
„Dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej w formie leasingu finansowego”**

1. Zamawiający

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego,
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4, tel. 2612853101, e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl,
NIP 527-020-62-63, REGON 010190547, KRS Nr 0000141719, adres strony internetowej:
www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. Zamówienie poniżej progu stosowania ustawy Pzp (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej w formie leasingu finansowego.

Kod CPV:

66114000-2 Usługi leasingu finansowego

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

42931100-2 Wirówki i akcesoria

38436800-8 Homogenizatory z łopatkami obrotowymi.

- 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części:

Część nr 1 Dostawa fabrycznie nowej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w formie leasingu finansowego – 1 szt.

Kod CPV:

66114000-2 Usługi leasingu finansowego

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część nr 2 Dostawa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w formie leasingu finansowego – 1 szt.

Kod CPV:

66114000-2 Usługi leasingu finansowego

42931100-2 Wirówki i akcesoria

Część nr 3 Dostawa fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji materiału biologicznego (modułowego) w formie leasingu finansowego – 1 kpl.

Kod CPV:

66114000-2 Usługi leasingu finansowego

38436800-8 Homogenizatory z łopatkami obrotowymi.

- 3) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w:
 - a) Załączniku nr 1.1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 1,
 - b) Załączniku nr 1.2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 2,
 - c) Załączniku nr 1.3 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 3,do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie finansowania realizacji dostawy.
- 5) Z dostawą łączy się usługa transportowa do Zamawiającego oraz podłączenie (uruchomienie) aparatury i szkolenie stanowiskowe. Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu aparatury laboratoryjnej.
- 6) Do każdej dostawy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Instrukcję obsługi zawierającą w szczególności dane techniczne aparatury.

4. Termin realizacji zamówienia

- 1) Czas realizacji dostawy Przedmiotu zamówienia, w terminie **do 30 dni** od dnia podpisania Umowy.
- 2) Potwierdzeniem dostawy Przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru, zgodnie ze wzorem zawartym w Umowie.
- 3) Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): zakład Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Kozielskiej 4, 01-163 Warszawa.
- 4) Realizacja Umowy leasingu: **20 miesięcy** od dnia dostawy/odbioru Przedmiotu zamówienia.

5. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

- 1) W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości lub restrukturyzacji.

- 3) W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania są wykluczone podmioty umieszczone (lub powiązane z nimi) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.
- 4) Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust., 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. f)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ppkt.;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ppkt., w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
- 5) W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w ppkt. 1)-4) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia własne zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 6) Przedłożone dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert,
- 7) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1)-4) powyżej, będzie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
- 8) Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ppkt. 1)-4) powyżej zostanie odrzucona.

6. Ofertę stanowi:

- 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę *Formularz ofertowy* stanowiący:
 - a) Załącznik nr 2.1 dla Części nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 - b) Załącznik nr 2.2 dla Części nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 - c) Załącznik nr 2.3 dla Części nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego;
- 2) Do oferty należy dołączyć:
 - a) specyfikację techniczną aparatury oraz inne dokumenty pozwalające na stwierdzenie spełniania przez oferowaną aparaturę wymagań określonych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia;
 - b) oświadczenia własne Wykonawcy zgodne z treścią stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,
- 3) Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Wykonawca, a w razie nie uwzględnienia oferty, Wykonawcom nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

7. Termin związania ofertą

Do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Warunki płatności

- 1) Poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę co miesiąc zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym integralną część umowy, a płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma fakturę w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
- 2) W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

9. Miejsce oraz termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2023 r. godz. 09:00.
- 2) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 3) Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert określonym w ppkt. 1) powyżej.
- 4) Oferty należy składać w jednej z podanych poniżej form:
 - a) pocztą elektroniczną (mailowo), w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: arkadiusz.ferski@wihe.pl lub
 - b) pocztą elektroniczną (mailowo), w postaci oferty sporządzonej w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: arkadiusz.ferski@wihe.pl.
- 5) Przepustowość skrzynki poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 100 MB. Jeżeli wielkość oferty przekroczy wskazany limit, wówczas oferta może zostać podzielona na części i przesłana w oddzielnych e-mailach.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zapytania ofertowego przed upływem składania ofert, przeprowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi Wykonawcami, unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

10. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie **kryterium ceny 100%** (najniższa cena).

Dla dokonania wyboru oferty przyjęte będzie całkowite wynagrodzenie brutto obejmujące opłatę wstępną oraz raty miesięczne.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia – istotne postanowienia umowy

- 1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa leasingu,
- 2) Umowa leasingu zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawcy.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień niniejszego zapytania ofertowego:
 - a) opłata początkowa (wkład własny) w wysokości netto:
 - 22 000,00 zł dla Części nr 1;
 - 45 000,00 zł dla Części nr 2;
 - 27 000,00 zł dla Części nr 3,
 - b) 20 równych rat leasingowych (dla wszystkich Części zamówienia),

- c) stałe oprocentowanie rat leasingowych (dla wszystkich Części zamówienia),
- d) w raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia przez Finansującego przedmiot zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem umowy leasingu,
- e) własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawiającego jako korzystającego lub podmiot przez niego wskazany, po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających,
- f) wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
- g) w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

12. Informacje o złożonych ofertach oraz o udzieleniu zamówienia

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wihe.pl.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego

- 1) opis przedmiotu zamówienia - Małgorzata Krzyżowska tel. 261 853 166,
e-mail: malgorzata.krzyzowska@wihe.pl
- 2) sprawy formalne - Arkadiusz Ferski – tel. 261 853 185,
e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl

14. Klauzula informacyjna RODO

- 1) Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod 01-163, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141719., zwany dalej Administratorem,
- 2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Paziewski, e-mail: iod@wihe.waw.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 - przenoszenia danych,
 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego,


- 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1.1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część Nr 1
- 2) Załącznik nr 1.2 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część Nr 2
- 3) Załącznik nr 1.3 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 3
- 4) Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy – Część nr 1
- 5) Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy – Część nr 2
- 6) Załącznik nr 2.3 - Formularz ofertowy – Część nr 3
- 7) Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy

DYREKTOR WIHE


Prof. dr hab. inż. med. i n. o zdr. inż. Marcin SZCZYRAK

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 1
Dostawa fabrycznie nowej komory laminarnej II kl. bezpieczeństwa
mikrobiologicznego w formie leasingu finansowego – 1 szt.

A. Wymagania techniczno – eksploatacyjne:

1. Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska.
2. Min. dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek $\geq 0,3\mu\text{m}$.
3. Komora wyposażona w min. dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej).
4. Wymiary : szerokość zewnętrzna nie większa niż 130cm; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 63cm (z otworami recyrkulującymi w blacie komory) – bez otworów min.46 cm ; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 77cm ; głębokość zewnętrzna do 80cm (wymiar pomieszczenia i transportu).
5. Boki komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi.
6. Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości.
7. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi.
8. Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego ; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu oraz otwarcie komory roboczej ponad górną krawędzią szyby; przesuwana ręcznie w kierunku góra-dół; funkcja umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od położenia roboczego (bez zmiany jej nachylenia względem blatu); uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia.
9. Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami.
10. Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości.
11. Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory.
12. Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 1200 lux.
13. Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.
14. Komora z własną podstawą , metalowy stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową.

15. Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylnej ścianie komory.
16. Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory).
17. Informacja o włączonej lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów.
18. Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod rękę zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy.
19. Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej.
20. Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów.
21. Komora laminarna stojąca na dedykowanym stelażu z regulacją wysokości co przynajmniej 5 cm, stelaż ten musi być niepalny oraz odporna na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej, musi być to potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali konstrukcyjnej czarnej, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową – wg normy EN ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki R_P i R_A wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą EN ISO 10289:2002 lub równoważnej mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0 – dokument badań z w/w normami wydany przez laboratorium akredytowane należy dołączyć do oferty.
22. Poziom głośności nie większy niż 55dB.
23. Zużycie energii nie większe niż 200 W i nie większe niż 40 W w trybie stand-by
24. Zasilanie 230V/50-60Hz
25. We wnętrzu min. dwa gniazda elektryczne
26. Komora laminarna musi posiadać i należy dołączyć jego kopię do oferty, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000 wydany przez upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą (nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN12469:2000)
27. Komora laminarna musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu dołączyć do oferty.
28. Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty oryginalnego folderu producenta (dopuszcza się w języku obcym) dla oferowanej komory laminarnej.
29. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych urządzeń (komora laminarna) potwierdzające autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy na terenie Polski od ponad 5 lat, jeśli nie jest on jej producentem. Autoryzacja producenta dla wykonawcy do serwisowania urządzenia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania badań i szybkości serwisowania urządzeń.

30. Ze względu na jakość urządzenia do ważnych badań, wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością, producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej normy ISO (np. ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.

B. Warunki realizacji zamówienia:

1. Czas realizacji dostawy – do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Czas trwania umowy leasingu – 20 miesięcy od dnia dostawy/odbioru przedmiotu umowy.
3. Ilość rat leasingowych – 20 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych.
4. Stałe oprocentowanie rat leasingowych.
5. Opłata początkowa (wkład własny) – 22 000,00 zł netto.
6. Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawiającego jako korzystającego lub podmiot przez niego wskazany, po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia.
Koszt ubezpieczenia ponosi Zamawiający.
8. Potwierdzeniem dostawy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru, zgodnie ze wzorem zawartym w umowie.
9. Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Pracownia Biologii i Biomateriałów WIHE,
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.
10. Udzielona gwarancja na przedmiot umowy – min. 60 mieś.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 2
Dostawa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w formie
leasingu finansowego – 1 szt.

A. Wymagania techniczno - eksploatacyjne:

1. Zakres regulacji temperatury przynajmniej od -10°C do przynajmniej $+40^{\circ}\text{C}$
2. Pojemność wirówki min. 1,6 litra
3. Możliwość wirowania próbek w rozmiarach: 0.2 ml, 1.5 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml, 180 ml, 250 ml, 400 ml
4. Funkcja szybkiego schładzania poprzez bezpośrednio dedykowaną ikonę.
5. System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie, nie dopuszcza się żadnych kluczy, zakrętek, itp.
6. Łatwy demontaż rotorów poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku
7. Maksymalna prędkość obrotowa:
 - a) Dla rotora kąтового o poj. 30 x 2 ml minimum – 15200 rpm
 - b) Dla rotora horyzontalnego o poj. 4 x 180 ml – 6300 rpm
8. Maksymalne przyspieszenie:
 - a) Dla rotora kąтового o poj. 30 x 2 ml minimum – 25830 x g
 - b) Dla rotora horyzontalnego o poj. 4 x 180 ml minimum – 7188 x g
9. Urządzenie wyposażone w bezobsługowy silnik indukcyjny.
10. Liczba programów – co najmniej 100 z możliwością programowania kroków, z łatwym dostępem w menu urządzenia
11. Mikroprocesorowe sterowanie pełno kolorowym ekranem dotykowym do ustawiania wszelkich parametrów
12. Informacja wizualna i akustyczna o zakończonym wirowaniu
13. Automatyczne rozpoznanie rotora – wirówka musi samodzielnie dobierać maksymalne wartości wirowania dla rotora
14. Wirówka wyposażona w funkcję krótkich zwirowań poprzez bezpośrednio dedykowaną ikonę.
15. Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku braku zasilania
16. Co najmniej 9 stopni przyspieszania i co najmniej 10 stopni hamowania do wyboru w menu
17. Zakres regulacji czasu min. do 99 godz. 59 minut + praca ciągła
18. Pokrywa wirówki ze wspomaganiami domykania
19. Wymiary zewnętrzne ze względu na ograniczone miejsce w laboratorium nie większe niż (szer. x głęb. x wys.): 630 x 660 x 365 mm
20. Wysokość z otwartą pokrywą wirówki nie może przekroczyć 86 cm.
21. Rozstaw nóżek wirówki z przyssawkami, ze względu na istniejące wymiary blatu nie może przekroczyć : 630 x 590 mm (szer. x głęb.)

22. Waga nie większa niż 94 kg ze względu na nośność stołu.
23. Zasilanie: 230V/50/60Hz
24. Możliwość wyposażenie w co najmniej 16 różnych rotorów
25. Ustawianie czasu pracy ze zliczaniem w górę lub w dół
26. Programowanie prędkości min. co 1 rpm, a przyspieszenia co 1 rcf (x g)
27. Programowanie czasu wirowania w formacie godz. x min. x sek.
28. Możliwość ustawiania czasu wirowania od początku wirowania lub od osiągnięcia maksymalnych obrotów
29. Wyświetlanie kodów błędów z informacją czego dotyczą
30. Port USB do zgrzywania zawartości pamięci
31. Możliwość blokowania sterowania ekranem dotykowym hasłem.
32. Przy instalacji urządzenia należy przeprowadzić dekontaminację jego wnętrza ozonem, celem uzyskania pewności czystości mikrobiologicznej dla wirowanych w niej próbkach.
33. Wirówka musi posiadać deklarację zgodności CE z IVD/MD - kopię dokumentu dołączyć do oferty.
34. Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty oryginalnego folderu producenta (dopuszcza się w języku obcym) dla oferowanej wirówki.
35. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych urządzeń (wirówka) potwierdzające autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy na terenie Polski od ponad 5 lat, jeśli nie jest on jej producentem. Autoryzacja producenta dla wykonawcy do serwisowania urządzenia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania badań i szybkości serwisowania urządzeń.
36. Ze względu na jakość urządzenia do ważnych badań, wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością, producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej normy ISO (np. ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.
37. Wymagane wyposażenie:
 - a) Rotor wychylny o pojemności 4x400ml z przykrywkami ochronnymi na środki biohazard na kubki wirownicze oraz zestawem adapterów na próbówki 50ml Falcon (pojemność minimum 16 sztuk probówek) oraz zestawem adapterów na próbówki 15ml Falcon (pojemność minimum 36 sztuk probówek) oraz zestawem adapterów na próbówki 5ml (pojemność minimum 76 sztuk probówek)
 - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 5000 rpm
 - maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 4960 x g
 - b) Rotor stałokątowy (wykonany z lekkiego i wytrzymałego włókna węglowego) o pojemności 8x50ml Falcon z pokrywą ochronną na substancje biohazard
 - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 14500 rpm
 - maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 24 446 x g

- c) Rotor stałokątowy (wykonany z aluminium) o pojemności 48x1,5/2ml Eppendorf z pokrywą ochronną na substancje biohazard
 - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 15200 rpm
 - maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 25 314 x g
- d) Rotor wychylny o pojemności 2 x 3 standardowe mikro płytki lub 2 x 1 płytka DW z przykrywkami ochronnymi na środki biohazard
 - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4000 rpm
 - maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 2277 x g

B. Warunki realizacji zamówienia:

1. Czas realizacji dostawy – do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Czas trwania umowy leasingu – 20 miesięcy od dnia dostawy/odbioru przedmiotu umowy.
3. Ilość rat leasingowych – 20 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych.
4. Stałe oprocentowanie rat leasingowych.
5. Opłata początkowa (wkład własny) – 45 000,00 zł netto.
6. Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawiającego jako korzystającego lub podmiot przez niego wskazany, po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia.
Koszt ubezpieczenia ponosi Zamawiający.
8. Potwierdzeniem dostawy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru, zgodnie ze wzorem zawartym w umowie.
9. Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Pracownia Biologii i Biomateriałów WIHE,
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.
10. Udzielona gwarancja na przedmiot umowy – min. 24 mieś.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Część nr 3
Dostawa fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji materiału
biologicznego (modułowego) w formie leasingu finansowego – 1 kpl.

A. Wymagania techniczno - eksploatacyjne:

Moduł pierwszy do wstępnej obróbki materiału:

1. Homogenizator ręczny automatyczny
2. Minimalna moc silnika wejściowa/wyjściowa: 800 W / 500 W
3. Zakres objętości (H₂O) nie gorszy niż : 0,001 - 2 l
4. Maks. lepkość cieczy: 5 000 mPas
5. Zakres obrotów nie gorszy niż od 3 000 do 25 000 rpm
6. Odchyłka prędkości max. 1 %
7. Regulacja prędkości bezstopniowa
8. Wskaźnik obrotów typu LED
9. Poziom hałasu bez końcówki nie większy niż 75 dB(A)
10. Średnica wysięgnika min. 13 mm
11. Długość wysięgnika min. 160 mm
12. Sposób pracy wsadowy
13. Dopuszczalny czas pracy do 100 %
14. Wymiary ze względu na ograniczenie miejsca nie większe niż 90 x 280 x 110 mm
15. Masa nie może przekraczać 3 kg
16. Klasa ochrony wg DIN EN 60529 przynajmniej IP 20
17. Wyposażony w nóż dyspergujący o parametrach:
 - Zakres objętości pracy (H₂O) przynajmniej : 0.001 - 0.1 l
 - Średnica stojana min. 10 mm
 - Średnica wirnika min. 7,5 mm
 - Odstęp wirnik-stojan min. 0,35 mm
 - Prędkość dopuszczalna maks.: 25 000 rpm
 - Prędkość obwodowa maks.: 9,8 m/s
 - Głębokość zanurzenia: 22 - 85 mm
 - Długość wałka min. 105 mm
 - Materiał mający kontakt z próbką: PTFE, AISI 316L
 - pH min. zakres: 2 - 13
 - Odporność na rozpuszczalniki i odporność na substancje ściernie
 - Temperatura robocza maks.: 180 °C
 - Możliwość sterylizacji

- Rozdrobnienie ostateczne w zawiesinie min. 10 - 50 μm
- Rozdrobnienie ostateczne w emulsji min 1 - 10 μm

18. Na wyposażeniu statyw o parametrach :

- Z folią antypoślizgową.
- Średnica kolumny statywu min. 16 mm
- Obciążenie min. 4 kg
- Wymiary nie większe niż : 200 x 350 x 800 mm

Moduł drugi do głównej obróbki materiału:

19. Homogenizator automatyczny, młyn kulkowy przeznaczony do ekstrakcji DNA/RNA, homogenizacji tkanek, izolacji enzymatycznej i oczyszczanie białek
20. Zakres procesowy min. od 25 μl do min. 2 ml
21. Ze względu na miejsce w laboratorium wymiary nie mogą być większe niż (szer. x głęb. x wys.) : 130 x 435 x 330 mm, a waga nie może przekroczyć 30 kg ze względu na nośność stołu.
22. Ustawiany czas pracy w zakresie od min. 1sek. do min. 9 min. 59 sek.
23. Musi posiadać minimum 99 programów
24. Musi mieć możliwość ustawienia do min. 9 cykli
25. Zakres wydajności prędkości nie gorszy niż 0,8 m/sek. – 6 m/sek. w krokach min. co 0,15 m/sek.
26. W zestawie 24 miejscowy wózek na probówki 2ml z zabezpieczeniem młynka kulkowego, które utrzymuje probówki na miejscu podczas przetwarzania, kompatybilny z min. 24 probówkami 2 ml lub min. 24 probówkami 0,5 ml stożkowymi.
27. Musi umożliwić mielenie, lizowanie i homogenizowanie próbek biologicznych przed ekstrakcją molekularną.
28. Wyposażony w podświetlany ekran LCD pokazujący zadawane wartości i stan rzeczywisty cyklu, a sterowanie za pomocą odpornych na zalanie i umożliwiających pracę w rękawiczkach przycisków membranowych.
29. Próbkę wkładane od przodu urządzenia, pokrywa przezroczysta, aby obserwować pracę.
30. Na wyświetlaczu muszą być wyświetlane przynajmniej następujące informacje : numer programu, prędkość, czas cyklu, temperatura wnętrza, numer cyklu, przedział czasu lub przerwa pomiędzy każdym cyklem.

B. Warunki realizacji zamówienia:

1. Czas realizacji dostawy – do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Czas trwania umowy leasingu – 20 miesięcy od dnia dostawy/odbioru przedmiotu umowy.
3. Ilość rat leasingowych – 20 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych.
4. Stałe oprocentowanie rat leasingowych.
5. Opłata początkowa (wkład własny) – 27 000,00 zł netto.

6. Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowy leasingu na Zamawiającego jako korzystającego lub podmiot przez niego wskazany, po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia.
Koszt ubezpieczenia ponosi Zamawiający.
8. Potwierdzeniem dostawy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru, zgodnie ze wzorem zawartym w umowie.
9. Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Pracownia Biologii i Biomateriałów WIHE,
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.
10. Udzielona gwarancja na przedmiot umowy – min. 24 miesięcy.

Formularz ofertowy – Część nr 1
Dostawa fabrycznie nowej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa
mikrobiologicznego w formie leasingu finansowego

Przedmiot zamówienia	Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w formie leasingu finansowego”
Zamawiający	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego ul. Kozielska 4 01-163 Warszawa NIP 5270206263
Oferent /pełna nazwa i adres/	
NIP	
REGON	
Nr telefonu, faksu, e-mail	
Konto bankowe <i>Nazwa banku i numer konta</i>	

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy w całości warunki w nim zawarte.
 - 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 - 3) Udzielamy gwarancji na okres miesięcy.
 - 4) W ramach niniejszego zapytania oferujemy dostawę fabrycznie nowej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego marki:..... model i typ:....., rok produkcji
- Wartość wymienionej aparatury wynosi netto: zł, podatek VAT: zł, Wartość brutto: zł (słownie.....).

Oświadczamy i zapewniamy, że oferowana przez nas w/w aparatura spełnia wszystkie wymagania techniczno-eksploatacyjne wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym.

5) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Wartość netto zł

(słownie:)

Stawka podatku VAT: %

Wartość VAT..... zł

Wartość brutto zł

(słownie:)

zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Składnik ceny	Wartości [zł]	Ilość rat	Wartość jednostkowa netto [zł]	Wartość całkowita netto [zł]
1	Opłata początkowa (wkład własny)	22 000,00	---	22 000,00	22 000,00
2	Rata miesięczna	---	20		

- 6) Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23.
- 7) Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23 w pkt. 11 istotne postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem wyżej wymienionych istotnych postanowień umowy.
- 8) Oświadczamy, że:
- 1) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
 - 2) przyjmujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - 3) uważamy się za związanych ofertą przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 - 4) podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
- 9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Do oferty załączamy:

- 1) Specyfikację techniczną aparatury,

- 2) Oświadczenie własne Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 3) inne

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Formularz ofertowy – Część nr 2
Dostawa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w formie leasingu finansowego

Przedmiot zamówienia	Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w formie leasingu finansowego”
Zamawiający	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego ul. Kozielska 4 01-163 Warszawa NIP 5270206263
Oferent /pełna nazwa i adres/	
NIP	
REGON	
Nr telefonu, faksu, e-mail	
Konto bankowe Nazwa banku i numer konta	

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy w całości warunki w nim zawarte.
 - 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 - 3) Udzielamy gwarancji na okres miesięcy.
 - 4) W ramach niniejszego zapytania oferujemy dostawę fabrycznie nowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem marki:..... model i typ:....., rok produkcji
- Wartość wymienionej aparatury wynosi netto: zł, podatek VAT: zł, Wartość brutto: zł (słownie.....).

Oświadczamy i zapewniamy, że oferowana przez nas w/w aparatura spełnia wszystkie wymagania techniczno-eksploatacyjne wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym.

5) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Wartość netto zł

(słownie:)

Stawka podatku VAT: %

Wartość VAT..... zł

Wartość brutto zł

(słownie:)

zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Składnik ceny	Wartości [zł]	Ilość rat	Wartość jednostkowa netto [zł]	Wartość całkowita netto [zł]
1	Opłata początkowa (wkład własny)	45 000,00	---	45 000,00	45 000,00
2	Rata miesięczna	---	20		

- 6) Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23.
- 7) Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23 w pkt. 11 istotne postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem wyżej wymienionych istotnych postanowień umowy.
- 8) Oświadczamy, że:
- 1) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
 - 2) przyjmujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - 3) uważamy się za związanych ofertą przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 - 4) podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
- 9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Do oferty załączamy:

- 1) Specyfikację techniczną aparatury,

- 2) Oświadczenie własne Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 3) inne

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Formularz ofertowy – Część nr 3
Dostawa fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji materiału biologicznego
(modułowego) w formie leasingu finansowego

Przedmiot zamówienia	Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji materiału biologicznego (modułowego) w formie leasingu finansowego”
Zamawiający	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego ul. Kozielska 4 01-163 Warszawa NIP 5270206263
Oferent /pełna nazwa i adres/	
NIP	
REGON	
Nr telefonu, faksu, e-mail	
Konto bankowe <i>Nazwa banku i numer konta</i>	

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy w całości warunki w nim zawarte.
- 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 3) Udzielamy gwarancji na okres miesięcy.
- 4) W ramach niniejszego zapytania oferujemy dostawę fabrycznie nowego zestawu do homogenizacji materiału biologicznego (modułowego) marki:..... model i typ:....., rok produkcji

Wartość wymienionej aparatury wynosi netto: zł, podatek

VAT: zł, Wartość brutto: zł

(słownie.....).

Oświadczamy i zapewniamy, że oferowana przez nas w/w aparatura spełnia wszystkie wymagania techniczno-eksploatacyjne wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym.

- 5) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Wartość netto zł

(słownie:)

Stawka podatku VAT: %

Wartość VAT zł

Wartość brutto zł

(słownie:)

zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.	Składnik ceny	Wartości [zł]	Ilość rat	Wartość jednostkowa netto [zł]	Wartość całkowita netto [zł]
1	Opłata początkowa (wkład własny)	27 000,00	---	27 000,00	27 000,00
2	Rata miesięczna	---	20		

- 6) Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23.
- 7) Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu ofertowym nr 04/PBENiR/PNiB/DWSZdr/23 w pkt. 11 istotne postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem wyżej wymienionych istotnych postanowień umowy.
- 8) Oświadczamy, że:
- 1) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
 - 2) przyjmujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - 3) uważamy się za związanych ofertą przez okres minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 - 4) podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
- 9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Do oferty załączamy:

- 1) Specyfikację techniczną aparatury,

- 2) Oświadczenie własne Wykonawcy o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 3) inne

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego
ul. Kozielska4, 01-163 Warszawa
NIP 5270206263

Wykonawca /pełna nazwa i adres/	
NIP	
REGON	
Nr telefonu, faksu, e-mail	

Oświadczamy, że:

1. **Nie jesteśmy powiązani** osobowo lub kapitałowo z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, a przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. **Nie jesteśmy** podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości lub restrukturyzacji.
3. W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oświadczam, że **nie jesteśmy** podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.
4. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1) oświadczam, że **nie jesteśmy objęci** zakazem udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust., 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. f)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ppkt.;

- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ppkt., w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)