



WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. gen. Karola Kaczkowskiego
01 – 163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 101, fax 261 853 133
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl



Warszawa, dnia 25 października 2023 r.

Oznaczenie sprawy: 05/PBENiR/ODiZZB/DWSZdr/23

Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego z dnia 25.10.2023 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych zamrażarek niskotemperaturowych wraz z akcesoriami w formie leasingu finansowego”.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego (Zamawiający) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło w dniu 24.10.2023 r. pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający poniżej prezentuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Poniższa odpowiedź jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

„ Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 528 litrów czyli mniejszą o zaledwie 2 litry (0,38%) oraz spełniającą pozostałe wymagania OPZ ? Ta różnica nie ma wpływu na realną użytkową pojemność urządzenia w szczególności, że ta dodatkowo jest charakteryzowana poprzez wymagane przez Zamawiającego akcesoria (stelaże na krio-pudełka), które zostaną dostarczone zgodnie z wymogami OPZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności roboczej komory wynoszącej 528 litrów, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wymienionych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia.