

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 ul. Kozielska 4
 01-163 Warszawa
 tel. 261853101
 fax.261853133
 e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl
 strona internetowa: www.wihe.pl
 (nazwa i adres Zamawiającego)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu analizy złożonych do dnia 26.02.2018 r. godz. 09:00 ofert na „Dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie” – Spr. nr 04/PON30/D/SPFS/K/18

zamawiający udzieli zamówienia niżej wymienionemu wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w zł	Udzielona gwarancja w miesiącach
1	2	3	4
2	Bio – Rad Polska Sp. z o.o. Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	70037,41	24

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający odrzucił ofertę Nr 1 złożoną przez Novazym Polska s.c., ul. Romana Abrahama 12, 61-615 Poznań.

Oferta nie spełnia wymagań ogólnych i technicznych określonych przez zamawiającego dla Systemu Real – time PCR z gradientem (niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac badawczych), w punktach nr.: 15, 18, 28 i 36 *Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 19.02.2018 r.

Uzasadnienie:

W pkt. 15 *Arkusza informacji-cenowo-techniczno-eksploatacyjnej* zamawiający wymagał zakresu temperatury bloku 0-100 °C, natomiast wykonawca zaoferował zakres 4-105 °C.

W pkt. 18. *Arkusza informacji-cenowo-techniczno-eksploatacyjnej* zamawiający wymagał zakresu wielkości próbki na płytce 96-dołkowej 1-50µl, natomiast wykonawca zaoferował 5-100µl.

W pkt. 28 *Arkusza informacji-cenowo-techniczno-eksploatacyjnej* zamawiający wymagał kilku trybów rejestracji danych, w tym opcji szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału, natomiast wykonawca podał brak tych możliwości.

W pkt. 36 *Arkusza informacji-cenowo-techniczno-eksploatacyjnej* zamawiający wymagał aby oprogramowanie było wyposażone w moduł do zaawansowanych obliczeń statystycznych: ANOVA1, ANOVA2, Test t-studenta, natomiast z załączonej do oferty specyfikacji (broszury) oraz w odpowiedzi na pytanie zamawiającego w przedmiotowej sprawie z dnia 27.02.2018 r. wykonawca nie był w stanie potwierdzić spełniania tych wymogów.

DYREKTOR
 Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 im. gen. Karola Kaczkowskiego
 plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI