

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem
dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i
Epidemiologii w Warszawie*

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w
Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Tel.: 261853101

Faks: 261853133

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.). Podstawa prawna – art. 4
pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Reral – time PCR z gradientem dla
Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej Wojskowego Instytutu Higieny i
Epidemiologii w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w
Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność
z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

4. **Termin realizacji zamówienia:** do 30 dni od daty podpisania umowy.

5. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

6. **Udzielona gwarancja:** nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

7. **Warunki płatności:** przelew do 14 dni.

8. **Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:**

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)

2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

9. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Ewa Szarska tel. 261 853 117; 501 795 707, e-mail: eszarska@gmail.com

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski tel. 261 853 185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

10. Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa,
Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę Systemu Real – time PCR z gradientem dla SPFS WIHiE w
Warszawie - Spr. nr 04/PON30/D/SPFS/K/18”.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- a) Cena brutto – znaczenie 60%
- a) Gwarancja (podać w miesiącach) – znaczenie 40%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz obliczenia ceny
2. Projekt umowy

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZLANOWSKI



.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/Nie*
1	2	3	4
1	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY		
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać	
4	NIP	Tak - podać	
5	REGON	Tak - podać	
6	Tel.	Tak - podać	
7	Fax	Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)	Tak - podać	
10	Adres e-mail ww. osoby	Tak - podać	
11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
12	Warunki płatności – przelew do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	

II OFERTA CENOWA

Cena ofertowa brutto w zł

	Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej	Słownie: zł
<p>III OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE</p>		
14	Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek	Tak - podać
15	Zakres temperatury bloku 0 – 100 °C	Tak - podać
16	Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż $\pm 0,2$ °C w temp. 90 °C	Tak - podać
17	Równomierność rozkładu temperatury na płytce nie gorsza niż $\pm 0,4$ °C osiągnię w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C	Tak - podać
18	Objętość próbki na płytce – Zakres wielkości próbki na płytce 96-dółkowej: 1 – 50 μ l	Tak - podać
19	Szybkość zmian temperatury – Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s, średnia szybkość grzania co najmniej 3,3 °C	Tak - podać
20	Gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów	Tak - podać
21	Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C	Tak - podać
22	Zakres temp. Ustawienia gradientu 30 – 100 °C	Tak - podać
23	Źródło światła – diody LED	Tak
24	Ilość kanałów – minimum 2	Tak - podać
25	Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do niego	Tak
26	Urządzenie musi być wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów	Tak
27	Współpraca ze wszystkimi sondami znakowanymi FAM i VIC	Tak
28	Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału	Tak
29	Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru	Tak
30	Obsługa urządzenia z komputera poprzez port USB 2.0	Tak

31	Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach	Tak	
32	Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe	Tak	
33	Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ΔC_T lub $\Delta\Delta C_T$ z wieloma genami referencyjnymi	Tak	
34	Analiza alleli (dyskryminacja alleli)	Tak	
35	Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint)	Tak	
36	Oprogramowanie wyposażone w moduł do zaawansowanych obliczeń statystycznych: ANOVA1, ANOVA2, Test t-Studenta	Tak	
B WYMAGANIA DODATKOWE			
37	Czas dostawy – do 30 dni od daty podpisania umowy.	Tak – podać w dniach	

38	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.	Tak – podać w miesiącach	
39	Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne	Tak	

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczętą imienną

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie											
RAZEM												X

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przynieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną



UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/model	Producent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa Systemu Real-time PCR z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE w Warszawie											
RAZEM										X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane z instalacją, uruchomieniem i niezbędnymi przeglądami-konserwacją w okresie gwarancji;
 - wartości związane transportem do miejsca użytkowania (WIHiE w Warszawie).
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Fizjologii Stosowanej WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Ewelina Maculewicz tel.505 704 292 e-mail: ewelina.jask@gmail.com lub Ewa Szarska tel. 261 853 117 e-mail: eszarska@gmail.com dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania "Protokołu zdawczo-odbiorczego" przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający

Wykonawca

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Firma:	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul.	ul. Kozielska 4
Kod, Miejscowość	01-163 Warszawa
NIP	NIP 527-020-62-63

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

Opis kompletu (wyposażenie)

Lp.	Nazwa	Ilość	Nr seryjny (fabryczny)

