

Warszawa, dnia 16.04.2018r.

Sprawa nr: 07/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
fax. 261853133
strona internetowa: www.wihe.pl

Odpowiedź Nr 1 na pytania z dnia 13.04.2018 r.

Dotyczy: Spr. nr 07/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18 na „Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach”.

W wyniku wpłynięcia zapytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:

1. **Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych szer. 895 x gł. 980 x wys. 1980 mm?**

Odpowiedź - **NIE**,

Wymiar 850 mm w odniesieniu do całkowitej szerokości zewnętrznej jest wymogiem kluczowym ze względu na planowane miejsce ustawienia zamrażarki.

2. **Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z klamką umieszczoną z boku z możliwością otwierania jedną ręką?**

Odpowiedź - **TAK**,

Pod warunkiem że nie wpłynie to na zwiększenie wymiaru całkowitej szerokości zewnętrznej zamrażarki (razem z klamką) powyżej 850 mm oraz na zmniejszenie pojemności roboczej poniżej 520 litrów.

3. **Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej z pokrytym trwałym tworzywem z dożywotnią gwarancją na uszkodzenia, zapobiegającym przymarzaniu próbek?**

Odpowiedź - **NIE**

4. **Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wyświetlaczem LED?**

Odpowiedź - **TAK**,

Pod warunkiem że nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wyświetlanych komunikatów i funkcjonalność wyświetlacza, oraz pozostałe parametry dotyczące wyświetlacza i panelu sterowania będą spełnione (wymagania określone w pkt. 26-31 Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej).

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
imienia generała Karola Kadziewskiego
ds. administracyjnych
mgr Leszek **ZIOLKOWSKI**