

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem
dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach*

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa
Tel.: 26 185 31 01
Faks: 26 185 31 33
e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

4. **Termin realizacji zamówienia:** do **70 dni** od daty podpisania umowy.

5. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

6. **Udzielona gwarancja:** nie mniej niż **24 miesiące** od dnia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. **Warunki płatności:** przelew do **30 dni**.

8. **Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:**

1. *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej* (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego *Zaproszenia*)

2. *Arkuszu obliczenia ceny* (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego *Zaproszenia*).

9. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

- 1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Graniak tel. 261 519 837, e-mail: ggraniak@wihe.pulawy.pl
- 2) w sprawach formalnych:
Arkadiusz Ferski tel. 261853185, e-mail: aferski@wihe.waw.pl

10. Miejsce i termin składania ofert:

10.1 osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

10.2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: aferski@wihe.waw.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, Spr. nr 07/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18".

Termin składania ofert upływa w dniu. 19.04.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- a) Cena brutto – znaczenie 80%
- a) Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz obliczenia ceny
2. Projekt umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
imienia generała Karola Kozłowskiego
ds. administracyjnych
mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/Nie*
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY			
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać	
4	NIP	Tak - podać	
5	REGON	Tak - podać	
6	Tel.	Tak - podać	
7	Fax	Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)	Tak - podać	
10	Adres e-mail ww. osoby	Tak - podać	
11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
12	Warunki płatności – 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	

II OFERTA GENOWA

13	<p style="text-align: center;">Cena ofertowa brutto w zł</p>	<p style="text-align: center;">Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusze obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej</p>	<p style="text-align: center;">..... zł</p> <p style="text-align: center;">Słownie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>III OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA</p>			
<p>A. WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE</p>			
14	Objętość robocza zamrażarki: nie mniejsza niż 520 l	Typ zamrażarki:	Tak - podać
15	<ul style="list-style-type: none"> • szafowy, pionowy, jednodrzwiowy • zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania i stopki stabilizujące • część zewnętrzna: stal nierdzewna, lakierowana 	Całkowite wymiary zewnętrzne zamrażarki, nie większe niż: <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 800 mm • głębokość 900 mm • wysokość 1990 mm 	Tak
16	Izolacja cieplna hybrydowa z wykorzystaniem paneli próżniowych i pianki poliuretanowej.	Uchwyt klamki od strony frontowej drzwi (nie na ścianie bocznej), wyposażony w system wspomagania umożliwiający otwieranie za pomocą jednej ręki. Dostęp do zamrażarki za pomocą klucza, i/ lub karty kodowej	Tak - podać
17	Wnętrze zamrażarki podzielone na 4 wewnętrzne sekcje, każda otwierana niezależnymi drzwiczkami. Sekcje wypełnione dedykowanymi stelażami ze stali nierdzewnej na kriopudełka 50 mm. Min. 3 półki z funkcją regulacji wysokości.	Wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej niepowlekanej.	Tak
18	Drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki pełne, bez otworów i perforacji, wyposażone w izolację cieplną.	Obecne prowadnice na ścianach bocznych gotowe do instalacji dodatkowych szuflad/ półek w obrębie poszczególnych sekcji.	Tak
19	Zamrażarka wyposażona w port dostępu o średnicy min. 23 mm do wprowadzenia niezależnych sond termometrycznych.	Układ chłodzenia:	Tak - podać
20	Układ chłodzenia:	Tak - podać	Tak - podać
21	Układ chłodzenia:	Tak - podać	Tak - podać
22	Układ chłodzenia:	Tak - podać	Tak - podać
23	Układ chłodzenia:	Tak - podać	Tak - podać
24	Układ chłodzenia:	Tak - podać	Tak - podać

	<ul style="list-style-type: none"> kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe) 		
25	Zakres temperatur pracy, min. od -85°C do -50°C, gwarantowana temperatura pracy -85°C przy temperaturze otoczenia 30°C	Tak - podać	
26	Panel kontrolno-sterujący zamrażarki zlokalizowany na wysokości pomiędzy 90 a 160 cm od podłoża, wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD sterowanym za pomocą klawiatury dotykowej.	Tak - podać	
27	Dokładność wyświetlania temperatury na panelu sterowania: 0,1°C	Tak - podać	
28	Blokada panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą hasła, lub kart kodowych	Tak - podać	
29	<p>Podstawowe funkcje sterownika zamrażarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury przez min. 10 tygodni z możliwością podglądu wbudowane gniazdo na karty SD/ mikro-SD i/ lub port USB celem zapisu rekordów na nośniku zewnętrznym funkcja wprowadzania hasła dostępu dla użytkownika aktywny port Ethernet 	Tak - podać	
30	W panel sterowania zamrażarki wbudowany cyfrowy rejestrator danych umożliwiający elektroniczne rejestrowanie wszelkich zdarzeń, takich jak: stany alarmowe, temperatura wewnątrz zamrażarki, temperatura otoczenia, otwarcie drzwi zamrażarki oraz napięcie zasilające, z odczytem na graficznym wyświetlaczu LCD zamrażarki	Tak - podać	
31	<p>Alarmy dźwiękowe i wizualne, w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> braku zasilania rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterowania odchylenia temperatury wewnątrz komory zamrażarki od wartości zadanej otwartych drzwi zanieczyszczenia skraplacza <p>Wszystkie rodzaje stanów alarmowych wyświetlane na panelu sterowania zamrażarki w postaci komunikatów tekstowych w celu ułatwienia szybkiej diagnostyki usterek.</p>	Tak - podać	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
32	<p>Urządzenie do bezpiecznego przepakowywania próbek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laminarny przepływ powietrza Dwa filtry HEPA H14 (główny i wylotowy) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek $\geq 0,3\mu\text{m}$ Wymiary przestrzeni roboczej, nie mniejsze niż: szerokość 90 cm; głębokość 58 cm; wysokość 65 cm Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, pełny, dzielony, autoklawowalny Stelaż poziomowany 	Tak - podać	

	<ul style="list-style-type: none"> Panel sterowania umieszczony na zewnętrznej stronie ściany frontowej Lampa UV montowana na tylnej ścianie, z możliwością programowania czasu pracy Przyłącze dla gazu zabezpieczone elektrozaworem z możliwością włączenia z poziomu panelu sterowania Dodatkowe przyłącze z możliwością podłączenia np. gazu obojętnego lub podciśnienia Gniazdo elektryczne zabezpieczone elektrozaworem z możliwością włączenia z poziomu panelu sterowania. 		
33	Stelaż na kriopudełka o wysokości 50 mm w ilości zapewniającej całkowite wykorzystanie przestrzeni roboczej zamrażarki (wszystkie 4 sekcje)	Tak - podać	
WYMAGANIA DODATKOWE			
34	Termin realizacji zamówienia do 70 dni od daty podpisania umowy	Tak – podać w dniach	
35	Okres gwarancji, nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.	Tak – podać w miesiącach	
36	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodne z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta	Tak-podać	
37	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia konieczności naprawy nie dłuższy niż 48 godzin.	Tak – podać	
38	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa	Tak – podać	
39	Do oferty należy dołączyć certyfikat CE oraz ISO producenta	Tak	
40	Do oferty dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EEC lub równoważną – wymagana kopia certyfikatu potwierdzająca zgodność	Tak	
41	Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)	Tak	
42	Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim	Tak	
43	Transport, wniesienie i instalacja w siedzibie Zamawiającego	Tak	

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Znak sprawy: 07/PON30/D/ODIZZB/SPUB/18

Załącznik nr 1a
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusze obliczenia ceny

na dostawę i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru, jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać) 11	Kwota VAT [zł] (podać) 12	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 13
1	Dostawa i montaż zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM											X	

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a z siedzibą w

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/model	Producent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
RAZEM										X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane transportem do miejsca użytkowania (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach).
 - wartości związane z montażem, uruchomieniem i bezpłatnymi przeglądami okresowymi w okresie gwarancyjnym;
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE przy ul. Lubwelskiej 2 w Puławach, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Grzegorz Graniak tel.261 519 837 e-mail: ggraniak@wihe.pulawy.pl dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi

dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta
4. Czas reakcji serwisu od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności naprawy nie dłuższy niż godzin.
5. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający

Wykonawca

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Firma:	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul.	ul. Kozielska 4
Kod, Miejscowość	01-163 Warszawa
NIP	NIP 527-020-62-63

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

