

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

### *Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych*

#### 1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie  
Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa  
Telefon: 261 853 101  
Faks: 261 853 133  
e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl  
NIP: 527-020-62-63  
REGON: 010190547  
Adres strony internetowej: [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych, dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

**Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.**

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo określonych w Arkuszu informacji cenowo - technicznej (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

3. **Termin realizacji zamówienia:** do 60 dni od daty podpisania umowy.
4. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.
5. **Termin gwarancji:** nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy i podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego.
6. **Termin płatności:** do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym Protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiotu zamówienia.
7. **Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**

**Na ofertę składają się:**

- 7.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **Arkusze informacji cenowo - technicznej** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).
- 7.2 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **Arkusze obliczenia ceny** (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).
- 7.3 **Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 7.4. **Pełnomocnictwo** (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność” z oryginałem do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą).

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Aleksander Michalski, tel. 261 519 812, e-mail: [amichalski@wihe.pulawy.pl](mailto:amichalski@wihe.pulawy.pl)

## **9. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

**„Oferta na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL2208 z zestawem filtrów wstępnych dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach - Znak sprawy: 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18”.**

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczętowane pieczętką firmową (adresową) Wykonawcy.

## **10. Miejsce i termin składania ofert:**

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego  
Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)  
ul. Kozielska 4  
01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: **25.04.2018 r. godz. 09:00.**

## **11. Sposób składania ofert:**

- 1) Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;
- 2) pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;
- 3) drogą elektroniczną, na adres: [aferski@wihe.waw.pl](mailto:aferski@wihe.waw.pl); w (PDF).

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

**„Oferta na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL2208 z zestawem filtrów wstępnych dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach - Znak sprawy: 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18”.**

## **12. Opis sposobu obliczenia ceny:**

Na cenę brutto podaną w **Arkuszu informacji cenowo-technicznej** (pkt. 16) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym koszty: transportu, wniesienia -, montażu i podłączenia do instalacji w miejscu użytkowania, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

### 13. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – **cena brutto oferty** podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %) oraz **udzielona gwarancja** (waga 20%).

### 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt stanowi Zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia złożenia oferty cenowej).

**Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Zał. nr 1 - Arkusz informacji cenowo – technicznej.

Zał. nr 1a. - Arkusz obliczenia ceny.

Zał. nr 2 - Projekt umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
imienia generała Karola Kozłowskiego  
ds. administracyjnych  
mgr Leszek ZIEMKOWSKI

Znak sprawy: 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18

Załącznik nr 1  
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

### Arkusz informacji cenowo – technicznej

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

*Oferta na dostawę i montaż destylatora szklanego GFL2208 z zestawem filtrów wstępnych dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WHiE w Puławach - Znak sprawy: 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18.*

Lp.	Informacje ogólne	Parametr wymagany*	Wypełnia Wykonawca	Wypełnia Zamawiający (Punktacja)
1	2	3	4	5
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak – podać		X
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak – podać		X
3	Nr wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać jeśli dotyczy		X
4	NIP	Tak - podać jeśli dotyczy		X
5	REGON	Tak - podać jeśli dotyczy		X
6	Powiat	Tak – podać		X
7	Województwo	Tak – podać		X
8	tel.	Tak – podać		X
9	fax.	Tak – podać		X
10	Strona www Wykonawcy (jeżeli posiada)	podać		X
11	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy	Tak – podać		X
12	adres e-mail ww. osoby	Tak - podać		X

13	Warunki płatności – przelew 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z protokołem zdawczo - odbiorczym	Tak		X
14	Czas dostawy do Zamawiającego – w ciągu maksymalnie <b>60 dni</b> , licząc od dnia podpisania umowy.	Tak - podać oferowany czas dostawy w dniach		X
15	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika	Tak - podać oferowany okres gwarancji w miesiącach		Punkcja 0-20
16	Cena ofertowa brutto	Tak – podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a	..... zł ..... zł słownie: .....	Punkcja 0-80
17	<b>OFERTA TECHNICZNA</b>	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia parametru - wypełnia Wykonawca	X
18	Parownik, chłodnica i przelew wykonane ze szkła Duran D50	Tak – podać		X
19	Woda destylowana o przewodności ok. 2,2µS/cm w 20°C - wydajność destylatu około 8 dm <sup>3</sup> /h.	Tak – podać		X
20	Zasilanie wody z podłączeniem 1/2 cala.	Tak – podać		X
21	Wylot wody chłodzącej z podłączeniem na wąż 3/4 cala. Woda nie skroplona wypływa przez wylot	Tak – podać		X
22	Destylacja ogrzanej wody chłodzącej	Tak – podać		X
23	Element grzejny pokryty szkłem kwarcowym	Tak – podać		X
24	Sterylizacja chłodnicy parą wodną	Tak – podać		X
25	Elektroniczna kontrola poziomu wody podczas całej destylacji	Tak – podać		X
26	Automatycznym wyłączenie przy zaniku wody zasilającej	Tak – podać		X

27	Elektroniczna kontrola poziomu czystości wody wraz z automatycznym samo-oczyszczaniem	Tak – podać	X
28	Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową	Tak – podać	X
29	Zestaw filtrów wstępnych i osprzętu do ich podłączenia zabezpieczających destylator przed złą jakością wody (cząstki fizyczne, fosforany i chlor)	Tak – podać	X
30	Zużycie wody chłodzącej około 144 dm <sup>3</sup> /h	Tak – podać	X
31	Pobór mocy 6 kW	Tak – podać	X
32	Napięcie zmianowe 400V	Tak – podać	X
33	Masa 24 kg	Tak – podać	X
34	Wymiary szer. X dł. X wysk. 65 cm-36,5 cm -39 cm	Tak – podać	X

**UWAGA !** \* Tak/ Tak podać szczegóły - należy podać oferowane parametry/ certyfikaty/zgodność z normami  
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego towaru, posiadane certyfikaty i atesty.

.....  
pieczęćka firmowa Wykonawcy

.....

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Znak sprawy: 09/PON30/D/ODiZZB/OPUS/18

Załącznik nr 1a  
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

### ARKUSZ OBLICZENIA CENY

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model producent (podać)	Nr kat. producenta (podać)	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto [PLN] (podać)	Wartość netto [PLN] (podać) 6x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł] 9+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dostawa i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych										
<b>RAZEM</b>											
									<b>X</b>		

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

**Uwaga:**

Tak obliczoną cenę (brutto) za całość zamówienia należy przenieść do pkt. 16 Arkusza informacji cenowo – technicznej.

## UMOWA DOSTAWY Nr ..... (projekt)

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:  
**Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63**, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....  
 Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w .....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

## § 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/Model /Producent	Nr. kat. producenta	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dostawa i montaż destylatora szklanego GFL 2208 z zestawem filtrów wstępnych										
<b>RAZEM</b>									X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo - technicznej*, stanowiącym załącznik do oferty z dnia ..... którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia ....., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.



## § 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości ..... zł (słownie: .....).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  - wartość netto „Towaru”;
  - wartości związane z podatkiem VAT;
  - wartości związane transportem do miejsca użytkowania (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach przy ul. Lubelskiej 2).
  - wartości związane z montażem, uruchomieniem i bezpłatnymi przeglądami okresowymi w okresie gwarancyjnym;
  - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

## § 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia .....
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE przy ul. Lubelskiej 2 w Puławach, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
  - stosowne dokumenty gwarancyjne;
  - certyfikaty CE;
  - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – ..... Tel. .... e-mail: ..... dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

## § 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

## § 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

## § 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy licząc od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

**§ 7**

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

**§ 8**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
  - Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – technicznej
  - Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

## WZÓR

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru .....

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Firma:	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul.	ul. Kozielska 4
Kod, Miejscowość	01-163 Warszawa
NIP	NIP 527-020-62-63

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr .....z dnia .....

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja ..... miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE<sup>1</sup>Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE<sup>1</sup>Uwagi: .....  
.....

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
Przedstawiciel Wykonawcy.....  
Przedstawiciel Zamawiającego<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

