

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem  
dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie**

### 1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie  
Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa  
Telefon: 261 853 101  
Faks: 261 853 133  
e-mail: [wihie@wihe.waw.pl](mailto:wihie@wihe.waw.pl)  
NIP: 527-020-62-63  
REGON: 010190547  
Adres strony internetowej: [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Termocyklera z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo określonych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.
4. Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.
5. Termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.
6. Termin płatności: do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

**7. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**

Na ofertę składają się:

- 7.1 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)
- 7.2 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze obliczenia ceny** (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia)
- 7.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
- 7.4. **Upoważnienie lub pełnomocnictwo** uprawniające osobę/y podpisującą ofertę do jej podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
Anna Borecka, tel. 261 853 055, e-mail: [aborecka@wihe.waw.pl](mailto:aborecka@wihe.waw.pl)

**9. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

**„Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii. WIHiE w Warszawie - Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18”.**

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczetowane pieczętą firmową (adresową) Wykonawcy.

**10. Miejsce i termin składania ofert:**

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: **07.05.2018 r. godz. 09:00.**

**11. Sposób składania ofert:**

- 1) Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;
  - 2) pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;
  - 3) drogą elektroniczną, na adres: [aferski@wihe.waw.pl](mailto:aferski@wihe.waw.pl); w (PDF).
- W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

**„Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, Spr. nr: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18”.**

**12. Opis sposobu obliczenia ceny:**

Na cenę brutto podaną w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt. 13) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym koszty: transportu, wniesienia - II piętro, montażu, przeszkolenia bezpośredniego użytkownika, serwisu, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

**13. Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – ceną brutto oferty podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %) oraz udzieloną gwarancją (waga 20%).

**14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego, celem podpisania umowy (której projekt stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**15. Projekt umowy:**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz Obliczenia ceny
2. Projekt umowy

DYREKTOR  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI

.....  
pieczęćka firmowa Wykonawcy

### Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie*
1	2	3	4
<b>INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY</b>			
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać	
4	NIP	Tak - podać	
5	REGON	Tak - podać	
6	Tel.	Tak - podać	
7	Fax	Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)	Tak - podać	
10	Adres e-mail ww. osoby	Tak - podać	
11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
12	Warunki płatności – 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	

II OFERTA CENOWA		Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej	..... zł
13	Cena ofertowa brutto w zł		Słownie: ..... .....
III OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA			
A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE			
<b>Parametry urządzenia:</b>			
14	Podjednostka centralna z panelem sterowania oraz podjednostka dodatkowa (bez panela sterowania). Sterowanie z jednego panelu umieszczonego na podjednostce centralnej	Tak - podać	
15	Możliwość zaprogramowania kompletnie niezależnych reakcji na każdym z bloków	Tak - podać	
16	<u>Szczegółowe parametry każdej podjednostki/bloku</u> Uniwersalny aluminiowy termoblok	Tak - podać	
17	Możliwość korzystania z pasków, pojedynczych probówek (o pojemności 0,2 ml oraz 0,5 ml) lub płytek (skirted, semi-skirted, unskirted) (bez konieczności stosowania ramek)	Tak - podać	
18	Pojemność bloku minimum 96 probówek o pojemności 0,2 ml lub 71 probówek 0,5 ml	Tak - podać	
19	Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99 °C	Tak - podać	
20	Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji – technologia FlexLid	Tak - podać	
21	Temperatura pokrywy w zakresie: min. 37–110 °C; zapewniająca ochronę termiczną próbek	Tak - podać	
22	Dokładność temperatury nie gorsza niż $\pm 0.2$ °C;	Tak - podać	

23	Prędkość podgrzewania min. 3 °C/s;	Tak-podać
24	Prędkość schładzania min. 2 °C/s;	Tak-podać
25	Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej	Tak
26	Możliwość przesyłania statusów i informacji o zakończonej pracy w formie e-mail	Tak
27	Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii	Tak-podać
28	Posiada następujące tryby pracy: Fast, Standard, Safe; aby chronić czułe temperaturowo próby	Tak-podać
29	Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier, Triple Circuit Technology	Tak
30	Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorsza niż: 20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C	Tak
31	Urządzenie wyposażone, w co najmniej 2 porty USB na podjednostce centralnej	Tak -podać
32	Wymiary urządzenia: max. 25 x 42 x 33 cm (S x G x W)	Tak-podać
33	Waga całkowita: max. 11 kg	Tak-podać
34	Zużycie energii nie większe niż 700W	Tak-podać
35	Łatwy transfer programów z instrumentu na PC	Tak-podać
36	Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami.	Tak
37	Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A)	Tak-podać
38	Możliwość zapisania co najmniej 700 programów	Tak-podać

39	Możliwość utworzenia na urządzeniu harmonogramu prac	Tak	
40	Możliwość zapisania plików log z przebiegu danej reakcji. Pozwala nam sprawdzić czy proces przebiegał bez zakłóceń	Tak	
41	Funkcja auto przywracania systemu w razie spadków napięcia	Tak	
42	Dwa bloki z funkcją gradientu: rozłożony na 12 kolumn bloku. Rozpiętość gradientu: min. 1-20 °C	Tak	
43	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski	Tak	
<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>			
44	Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy	Tak – podać w dniach	
45	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.	Tak – podać w miesiącach	
46	Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne	Tak	

**UWAGA!**

\* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia .....

.....

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

## Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

.....  
 pieczęćka firmowa Wykonawcy

## Arkusz obliczenia ceny

na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie											
<b>RAZEM</b>												X

\*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia .....

.....  
 data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną



**UMOWA DOSTAWY Nr .....**

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:**

.....

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w .....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/ model	Produ cent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
<b>RAZEM</b>										<b>X</b>		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia ..... którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia ....., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

## § 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości ..... zł (słownie: .....).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  - wartość netto „Towaru”;
  - wartości związane z podatkiem VAT;
  - wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (Samodzielna Pracownia Parazytologii WIHiE w Warszawie, Budynek nr 42 II piętro).
  - wartości związane z montażem uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;
  - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

## § 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia .....
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie (Budynek nr 42 II piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
  - stosowne dokumenty gwarancyjne;
  - certyfikaty CE;
  - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Anna Borecka tel.261 853 055, e-mail: aborecka@wihe.waw.pl dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

## § 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

## § 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

## § 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ..... miesięcy licząc od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi

dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

#### § 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

#### § 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:  
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej  
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

## WZÓR

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru .....

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Firma:	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul.	ul. Kozielska 4
Kod, Miejscowość	01-163 Warszawa
NIP	NIP 527-020-62-63

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr .....z dnia .....

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja ..... miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE<sup>1</sup>Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE<sup>1</sup>

Uwagi: .....

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
Przedstawiciel Wykonawcy.....  
Przedstawiciel Zamawiającego<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**Opis kompletu (wyposażenie)**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Nr seryjny (fabryczny)</b>