

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę i montaż Mikroplatkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem
dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie**

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa
Telefon: 261 853 101
Faks: 261 853 133
e-mail: wihie@wihe.waw.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż Mikroplatkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Mikroplatkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo określonych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

3. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy.
4. Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.
5. Termin gwarancji: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

6. **Termin płatności:** do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

7. **Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**

Na ofertę składają się:

7.1 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia)

7.2 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze obliczenia ceny** (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaprośzenia)

7.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.4. **Upoważnienie lub pełnomocnictwo** uprawniające osobę/y podpisującą ofertę do jej podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

8. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Katarzyna Donskow-Łysoniewska, tel. 261 853 055, e-mail.: kdlysoniewska@wihe.waw.pl.

9. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

„Oferta na dostawę i montaż Mikro płytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii. WIHiE w Warszawie - Znak sprawy: 13/PON30/D/SPP/TEAM TECH/18”.

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczętowane pieczętką firmową (adresową) Wykonawcy.

10. **Miejsce i termin składania ofert:**

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: **21.05.2018 r. godz. 09:00.**

11. **Sposób składania ofert:**

1) Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;

2) pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;

3) drogą elektroniczną, na adres: aferski@wihe.waw.pl; w (PDF).

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.
Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę i montaż Mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, Spr. nr: 13/PON30/D/SPP/TEAM TECH/18”.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt. 13) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty: transportu, wniesienia - II piętro, montażu, przeszkolenia bezpośredniego użytkownika, serwisu, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

13. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – cena brutto oferty podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %) oraz udzielona gwarancja (waga 20%).

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego, celem podpisania umowy (której projekt stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. Projekt umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz Obliczenia ceny
2. Projekt umowy

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż Mikroplytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WHIE w Warszawie

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie*
1	2	3	4
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej	Tak - podać	
4	Wykonawcy	Tak - podać	
5	NIP	Tak - podać	
6	REGON	Tak - podać	
7	Tel.	Tak - podać	
8	Fax	Tak - podać	
9	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
10	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)	Tak - podać	
11	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
12	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
13	Warunki płatności – 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	

	Cena ofertowa brutto w zł	Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zł Słownie:
13			
III OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA			
A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE			
14	Metody detekcji: Oferowane: absorbancja z monochromatorem, fluorescencja i luminescencja z monochromatorami Dostępne do rozbudowy: fluorescencja z filtrami, polaryzacja fluorescencji, fluorescencja Time Resolved, luminescencja z filtrami Format odczytywanych płytek: 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe	Tak - podać	
15		Tak - podać	
16	Pomiary absorbancji:	Tak	
17	Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa	Tak	
18	Metoda wyboru długości fali: monochromator	Tak	
19	Zakres długości fal monochromatora: 230-999 nm	Tak - podać	
20	Szerokość połówkowa wiązki: ≤8 nm.	Tak - podać	
21	Krok ustawiania długości fali: ≤1 nm	Tak - podać	
22	Zakres pomiarowy: 0 – 4,000 Abs	Tak - podać	

a

23	Dokładność: $\pm 1\%$	Tak - podać
24	Rodzaje odczytów: endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dolka (do 9801 pomiarów w jednym dolku)	Tak
25	Czas odczytu płytki 96-dolkowej w pomiarach kinetycznych: nie dłużej niż 11 sekund	Tak - podać
26	Akcesorium do pomiaru jednocześnie 16 prób o objętościach rzędu 2μl, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych	Tak
27	Opcja rozbudowy o akcesorium do pomiaru jednocześnie 48 próbek, o objętościach rzędu 2 μ l, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych	Tak
28	Opcja pomiaru w kuletach o drodze optycznej = 1 cm	Tak
29	Pomiar fluorescencji z monochromatorami, z góry i dołu płytki	Tak
30	Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa	Tak
31	Metoda wyboru długości fali: monochromator	Tak
32	Zakres długości fali: 250-700 nm	Tak - podać
33	Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: 16 nm	Tak - podać
34	Metoda detekcji: fotopowielacz	Tak
35	Zakres dynamiki: nie mniej niż 7 dekad	Tak - podać
36	Czułość pomiaru (monochromator): nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dolek płytki 384-dolkowej (pomiar z góry płytki)	Tak - podać
37	Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dolka	Tak
38	Pomiar luminescencji	Tak

39	Metoda wyboru długości fali: pomiar bezpośredni	Tak
40	Zakres długości fali emisji: 300-700 nm	Tak - podać
41	Metoda detekcji: fotopowielacz	Tak
42	Zakres dynamiki: nie mniej niż 6 dekad	Tak - podać
43	Czułość pomiaru w szybkim teście ATP: 20 amol/dolek płytki 96-dolekowej	Tak - podać
44	Rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka	Tak
45	Opcjonalny, możliwy do zakupu w przyszłości moduł pomiarów filtrowych, umożliwiający pomiar fluorescencji z filtrami, polaryzacji fluorescencji, fluorescencji TRF, FRET, luminescencji dwubarwnej	Tak
46	Wbudowana wytrząsarka mikropłytki, Wytrząsanie liniowe, orbitalne, ósemkowe (podwójnie orbitalne)	Tak - podać
47	Możliwość rozbudowy o dwukanałowy, automatyczny dyspenser	Tak
48	Wbudowany inkubator: 4-strefowy inkubator z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki. Zakres temperatury pracy: od 4°C powyżej temp. otoczenia do 45°C. Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ przy 37°C.	Tak - podać
49	Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych. Minimum 5 licencji stanowiskowych.	Tak
50	Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO₂ oraz O₂ w komorze pomiarowej. Zakres: 0 - 20% (CO ₂); 1 - 19% (O ₂) Rozdzielczość: $\pm 0,1\%$ (CO ₂ oraz O ₂)	Tak
51	Termin realizacji zamówienia do 45 dni od daty podpisania umowy	Tak – podać w dniach
52	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.	Tak – podać w miesiącach

53	Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne	Tak	
----	--	-----	--

UWAGA!

* **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną



Znak sprawy: 13/PON30/D/SPP/TEAM TECH/18

Załącznik nr 1a
do Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę i montaż Mikroplytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż Mikroplytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie											
RAZEM												
										X		

***Uwaga:**
Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a z siedzibą w

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/ model	Produ cent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż Mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego z inkubatorem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie											
RAZEM										X		

d

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (Samodzielna Pracownia Parazytologii WIHiE w Warszawie, Budynek nr 42 II piętro).
 - wartości związane z montażem uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie (Budynek nr 42 II piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Katarzyna Donskow-Lysoniewska, tel. 261853055 e-mail: zuzia@biol.uw.edu.pl dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania " Protokołu zdawczo-odbiorczego" przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający

Wykonawca

Znak sprawy: 13/PON30/D/SPP/TEAM TECH/18

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:	
Firma:		Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii	
ul.		ul. Kozielska 4	
Kod, Miejscowość		01-163 Warszawa	
NIP		NIP 527-020-62-63	

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

