

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach**

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa
Telefon: 261 853 101
Faks: 261 853 133
e-mail: wihie@wihe.waw.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach, szczegółowo określonych w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

3. **Termin realizacji zamówienia:** do 84 dni od daty podpisania umowy.
4. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.
5. **Termin gwarancji:** minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
6. **Termin płatności:** do 21 dni od dnia dostawy.
7. **Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**
Na ofertę składają się:
 - 7.1 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze informacji cenowo-technicznej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)**
 - 7.2 Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusze obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia)**

7.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisującą ofertę do jej podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Aleksander Michalski, tel. 261 519 812, e-mail: amichalski@wihe.pulawy.pl

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zaproszenia.
Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

„Oferta na dostawę i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach - Znak sprawy: 14/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18 ”.

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczątowane pieczętą firmową (adresową) Wykonawcy.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego
Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: **21.05.2018 r. godz. 09:00.**

11. Sposób składania ofert:

- 1) Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;
- 2) pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;
- 3) drogą elektroniczną, na adres: aferski@wihe.waw.pl; w (PDF).

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach, Spr. Nr: 14/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18”.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu **informacji cenowo-technicznej** (pkt. 16) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty: transportu, wniesienia -, montażu i podłączenia do instalacji w miejscu użytkowania, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

13. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – cena brutto oferty podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %) oraz udzieloną gwarancją (waga 20%).

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (której projekt stanowi zał. Nr 2 do niniejszego Zaproszenia).

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


15. Projekt umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz informacji cenowo-technicznej
- 1a. Arkusz Obliczenia ceny
2. Projekt umowy

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kieczyńskiego
płk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI



Znak sprawy: 14/PON30/D/ODIZZB/SPUB/18

Załącznik nr 1
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Arkusz informacji cenowo – technicznej

.....
Pieczęćka firmowa Wykonawcy

Lp.	Informacje ogólne	Parametr wymagany*	Wypełnia Wykonawca	Wypełnia Zamawiający (Punktacja)
1	2	3	4	5
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak – podać		X
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak – podać		X
3	Nr wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak – podać jeśli dotyczy		X
4	NIP	Tak – podać jeśli dotyczy		X
5	REGON	Tak – podać jeśli dotyczy		X
6	Powiat	Tak – podać		X
7	Województwo	Tak – podać		X
8	4WW.	Tak – podać		X
9	fax.	Tak – podać		X
10	Strona 4WW Wykonawcy (jeżeli posiada)	podać		X
11	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy	Tak – podać		X
12	adres e-mail ww. osoby	podać		X
13	Warunki płatności – przelew 21 dni, licząc od dnia od dostawy aparatury	Tak		X

R

14	Czas dostawy do Zamawiającego – w ciągu maksymalnie 84 dni, licząc od dnia podpisania umowy.	Tak – podać oferowany czas dostawy w dniach		X
15	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika	Tak – podać oferowany okres gwarancji w dniach dni	Punktacja 0-20
16	Cena ofertowa brutto	Tak – podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a zł słownie:	Punktacja 0-80
17	OFERTA TECHNICZNA	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia parametru - wypełnia Wykonawca	X
18	Zestaw do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach			
I.	Zamrażarka do głębokiego mrożenia serii Lexicon II firmy ESCO	Tak – podać		
19	Dwustopniowy kaskadowy system chłodzenia bazujący na czynniku bezfreonowym	Tak – podać		
20	Zakres regulacji temperatury: od -50°C do -86°C	Tak – podać		
21	Zakres temperatury otoczenia: do +15°C do +32°C	Tak – podać		
22	Pojemność: 597 litrów	Tak – podać		
23	Wymiary wewnętrzne: 740 x 620 x 1300 mm (szer. x gł. x wys.)	Tak – podać		
24	Wymiary zewnętrzne: 1095 x 945 x 1980 mm (szer. x gł. x wys.)	Tak – podać		
25	Sterownik na drzwiach głównych, po prawej stronie na wysokości oczu (około 1,5 m od podłoża)	Tak – podać		
26	Wyświetlacz 4-segmentowy LED zainstalowany na panelu sterownika	Tak – podać		
27	Alarm wizualny (świecące się diody) i dźwiękowy	Tak – podać		

28	Sterowanie poprzez klawiaturę membranową	Tak – podać	
29	Alarmy: wysoka/niska temperatura, przegrzanie skraplacza, niski poziom baterii, awaria zasilania, uszkodzenie kompresora wyższego stopnia, otwarte drzwi, wysoka temperatura otoczenia	Tak – podać	
30	Awaryjne zasilanie sterownika z akumulatora	Tak – podać	
31	Na wyświetlaczu wskazanie temperatury zadanej oraz temperatury aktualnej w zamrażarce	Tak – podać	
32	Port RS-485 do rejestracji parametrów pracy	Tak – podać	
33	Urządzenie na własnych kółkach wraz z nóżkami umożliwiającymi wy poziomowanie zamrażarki	Tak – podać	
34	Port o średnicy 25 mm umożliwiający pomiar referencyjny na górnej ścianie zamrażarki	Tak – podać	
35	Izolacja piankowa o grubości 127 mm (za wyjątkiem drzwi głównych)	Tak – podać	
36	Główne drzwi z izolacją piankową o grubości 114 mm	Tak – podać	
37	Potrójna uszczelka drzwi głównych podgrzewana poprzez odzysk ciepła z kompresora	Tak – podać	
38	Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie	Tak – podać	
39	Uchwyt do otwierania drzwi głównych z wbudowanym zamkiem umieszczony na bocznej ścianie komory z lewej strony	Tak – podać	
40	Półki ze stali nierdzewnej klasy 304 z regulacją wysokości położenia w zamrażarce	Tak – podać	
41	Maksymalne obciążenie półki zamrażarki: 90 kg	Tak – podać	
42	Użytkowa powierzchnia półek: 728x570 mm	Tak – podać	
43	Zewnętrzne elementy malowane proszkowo z pokryciem antybakteryjnym	Tak – podać	
44	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, niemalowane	Tak – podać	
45	Komorą podzieloną na 5 części, każda część posiada odrębne drzwi wewnętrzne	Tak – podać	
46	Możliwość umieszczenia 25 statywów na 400 pudełek o wysokości 2”	Tak – podać	
47	Filtr skraplacza wielokrotnego użytku – nadający się do mycia	Tak – podać	

48	Możliwość zamontowania systemu awaryjnego chłodzenia CO ₂	Tak – podać
49	Zużycie energii elektrycznej: 14,7 kWh/dobę	Tak – podać
50	Pipeta z opcją dozowania: 5-125µl	Tak – podać
51	Stelaże ze stali nierdzewnej na pudełka: 15 szt.	Tak – podać
52	Pudełka plastikowe: 100 szt.	Tak – podać
II.	Zbiornik LD-25 na ciekły azot z wyposażeniem	Tak – podać
53	Pojemnik na ciekły azot o pojemności 25 litrów przeznaczony do przechowywania i rozlewania ciekłego azotu	Tak – podać
54	Statyczny czas utrzymania: 109 dni	Tak – podać
55	Szybkość parowania: 0,23 l/24h	Tak – podać
56	Średnica szyjki: 64 mm	Tak – podać
57	Zewnętrzna średnica naczynia: 396 mm	Tak – podać
58	Wysokość zewnętrzna naczynia: 655 mm	Tak – podać
59	Waga pustego naczynia: 10,5 kg	Tak – podać
60	Waga pełnego naczynia: 30,8 kg	Tak – podać
61	Głowica do poboru ciekłego azotu LWD wraz z separatorem faz (1 szt.)	Tak – podać
62	Podstawa na zbiornik na 5 kółkach (1 szt.)	Tak – podać
63	Opaska w kształcie V (1 szt.)	Tak – podać
III.	Zbiornik XT-20 z wyposażeniem	Tak – podać
64	Pojemnik na ciekły azot o pojemności 20,7 litrów przeznaczony do przechowywania słomek i próbek	Tak – podać
65	Statyczny czas utrzymania: 230 dni	Tak – podać
66	Robocze przechowywanie: 140 dni	Tak – podać
67	Szybkość parowania: 0,09 l/24h	Tak – podać
68	Średnica szyjki: 51 mm	Tak – podać
69	Zewnętrzna średnica naczynia: 396 mm	Tak – podać
70	Wysokość zewnętrzna naczynia: 655 mm	Tak – podać
71	Waga pustego naczynia: 11,8 kg	Tak – podać
72	Waga pełnego naczynia: 28,6 kg	Tak – podać

Handwritten signature or mark

73	Możliwość zamknięcia i zaplombowania pokrywy	Tak – podać	
74	Wysoka wytrzymałość mechaniczna uzyskana przez kilkukrotne prążkowanie	Tak – podać	
75	6 metalowych kanistrów o wymiarach: Ø38x279 mm	Tak – podać	
76	Urządzenie alarmowe (alarm wizualny i akustyczny) niskiego poziomu azotu w zbiorniku (2 szt.)	Tak – podać	
77	Dotyczy zestawu: Ważna autoryzacja producenta dla Oferenta na serwis na terenie Polski. Autoryzacja dołączona do oferty	Tak – podać i dołączyć do oferty	

**UWAGA ! * Tak/ Tak podać szczegóły - należy podać oferowane parametry/ certyfikaty/zgodność z normami
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego towaru, posiadane certyfikaty i atesty.**

.....

.....
pieczętka firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczętką imienną

g

Znak sprawy: 14/PON30/D/OD:ZZB/SPUB/18

Załącznik nr 1a
do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

ARKUSZ OBLICZENIA CENY

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Producent (podać)	Nr kat. producenta (podać)	Ilość	j.m.	Wartość jednostkowa netto [PLN] (podać)	Stawka VAT [%] (podać)	Wartość netto [PLN] (podać)	Wartość brutto [PLN] (podać)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostawa i montaż (I piętro) zestawu do przechowywania wirusów i linii komórkowych w niskich temperaturach do OD:ZZB WIHE w Puławach				1	Szt.				
RAZEM										

.....

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Uwaga:

Tak obliczoną cenę (brutto) za całość zamówienia należy przenieść do pkt. 16 Arkusza informacji cenowo – technicznej.

UMOWA DOSTAWY Nr (projekt)

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., posiadającą NIP: oraz REGON:,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

L.p.	Nazwa towaru	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka VAT %	Wartość brutto PLN
1							
Razem:						x	

§ 2

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – technicznej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia r., którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej z dnia r., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z jego odprawą celną, cłem, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT;
 - wartości związane z jego transportem, wniesieniem (I p.), montażem oraz podłączeniem do instalacji w miejscu użytkowania (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach przy ul. Lubelskiej 2);
 - wartości związane z wymaganymi przez producenta „Towaru” w okresie gwarancji przeglądami i konserwacjami;
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach przy ul. Lubelskiej 2, w godzinach od 9:00 do 14:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE; atesty itp.
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – p. tel., dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 21 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawiioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania " Protokołu zdawczo-odbiorczego" przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający

Wykonawca

6

Sprawa nr: 14/PON30/D/ODiZZB/SPUB/18

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru r.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Firma:	Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul.	ul. Kozielska 4
Kod	01-163 Warszawa
NIP	NIP 527-020-62-63

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia r.

Lp.	Nazwa towaru	Producent	Nr kat.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

.....

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić