

Warszawa, dnia 26.10.2018 r.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

NIP 5270206263

REGON 010190547

tel. 261853101

fax.261853133

e-mail: sekretariat@wihe.pl

strona internetowa: www.wihe.pl

(nazwa i adres Zamawiającego)

Odpowiedź Nr 1 na pytania z dnia 25.10.2018 r.

Dotyczy: Postępowania na „Dostawę i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ODiZZB WIHE w Puławach” - Spr. nr 27/PON30/D/ODiZZB/DS/18

W wyniku wpłynięcia zapytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości blatu roboczego 1178 mm ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza gdyż oferowany parametr jest gorszy od przedstawionych przez Zamawiającego minimalnych wymiarów pozwalających na wygodną i ergonomiczną pracę.
2. Czy Zamawiający dopuści komorę blatem roboczym nie dzielonym na segmenty ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Błat niepodzielony na segmenty utrudnia jego autoklawowanie oraz konserwację a co za tym idzie jest parametrem gorszym od przedstawionych przez Zamawiającego.
3. Czy Zamawiający dopuści komorę z panelem sterowniczym bez blokowania za pomocą klucza ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Blokowanie za pomocą klucza zwiększa bezpieczeństwo użytkownika dając fizyczną blokadę dostępu do panelu osobom niepożądanym.
4. Czy Zamawiający dopuści komorę z panelem sterowniczym dotykowym, ciekłokrystalicznym, przyciskami funkcyjnymi na panelu, umożliwiającą pracę w rękawiczkach, nie posiadającą żadnych dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu ?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Według doświadczeń Zamawiającego przedstawiony w opisie rodzaj panelu z klawiaturą alfanumeryczną daje większą ergonomię pracy, jest łatwiejszy do utrzymania w czystości oraz daje większą odporność na zalanie podczas konserwacji.
5. Czy Zamawiający dopuści komorę z 3 gniazdkami elektrycznymi bez elektrozawory, ale z wyłącznikiem i wyłącznikiem z poziomu panelu sterowania, zabezpieczone przed zalaniem ?
ODP: Zamawiający dopuszcza

6. Prosimy o potwierdzenie wymogu dostarczenia stelaży na kriopudełka, poz. 24 specyfikacji.

ODP: Zamawiający w poz.24 specyfikacji wymagając dostarczenia stelaży na kriopudełka popełnił omyłkę pisarską. Jako że parametr znalazł się w specyfikacji omyłkowo nie jest on wymagany .

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. bioł. Robert ZDANOWSKI

