

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na dostawę i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach*

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa
Tel.: 26 185 31 01
Faks: 26 185 31 33
e-mail: sekretariat@wihe.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo opisanych w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego *Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*.

Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

4. Termin realizacji zamówienia:

do 28 dni od daty podpisania umowy.

5. Termin ważności oferty:

nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

6. Udzielona gwarancja:

nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Warunki płatności:

przelew do 30 dni.

4

8. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu – Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej)
2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu – Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej).

9. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

- 1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:
Patrycja Głowacka tel. 261 519 826, e-mail: Patrycja.Glowacka@wihe.pulawy.pl
- 2) w sprawach formalnych:
Arkadiusz Ferski tel. 261853185, e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl

10. Miejsce i termin składania ofert:

1. osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

"Dostawa i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach - Spr. nr 27/PON30/D/ODiZZB/DS./18"

Termin składania ofert upływa w dniu. 30.10.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w **Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

- a) Cena brutto – znaczenie 80%
- a) Czas gwarancji (w miesiącach) – znaczenie 20%

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:


Nr 1 - Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej

Nr 1a. - Arkusz obliczenia ceny

Nr 2 - Projekt umowy

Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kazimierza


ptk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusze informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach

Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/Nie*
1	2	3	4
1	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY		
1	Pełna nazwa Wykonawcy	Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy	Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy	Tak - podać	
4	NIP	Tak - podać	
5	REGON	Tak - podać	
6	Tel.	Tak - podać	
7	Fax	Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)	Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)	Tak - podać	
10	Adres e-mail ww. osoby	Tak - podać	
11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy	Tak - podać	
12	Warunki płatności – 30 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym	Tak	

II OFERTA CENOWA			
13	Cena ofertowa brutto w zł		Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusze obliczenia ceny) do Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
		 zł
			Słownie:
III OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA			
A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE			
14	<ul style="list-style-type: none"> - laminarny pionowy przepływ powietrza, z recyrkulacją w stosunku 70:30, bariera ~0.5m/s - system dwóch filtrów HEPA, klasy min. H14 lub równoważnej, filtr obszaru pracy i filtr wylotowy, wydajność 99,999% dla cząsteczek o wielkości $\geq 0,3 \mu\text{m}$ - komora wyposażona w wyjście do testów DOP - komora wyposażona w cykl automatycznej dekontaminacji - komora szczelna aerozolu po pełnym opuszczeniu szyby dla usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa procesu dezaktywacji filtrów HEPA 	Tak	
15	<p>Wymiary komory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzne: nie większe niż: szerokość 1380 mm x głębokość 820 mm - szerokość robocza nie mniejsza niż 1180 mm - głębokość robocza nie mniejsza niż 580 mm - waga maksymalna 270kg 	Tak – podać	
16	<p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, - ściany wewnętrzne komory roboczej ze stali nierdzewnej, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu etylowego, chloru aktywnego lub nadtlenu wodoru - ściany boczne pełne (nieprzeszkłone) podwójne, utrzymywane w podciśnieniu 	Tak	
17	<p>Blat roboczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze stali nierdzewnej AISI304, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu etylowego, chloru aktywnego lub nadtlenu wodoru, autoklawowalny - podzielony na segmenty, wyjmowany, nieperforowany ze stabilną konstrukcją, odporny na wibracje 	Tak	
18	<p>Szyba frontowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawiona pod kątem/nachylona do blatu roboczego (kąt nachylenia od pionu: ~3-5 stopni) nieprzepuszczalna dla promieniowania UV - umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu – szczelność aerozoluowa po 	Tak	

	<p>opuszczeniu/zamknięciu obszaru pracy</p> <ul style="list-style-type: none"> - przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym z automatyczną korektą ustawienia w pozycji roboczej - wymagana funkcja odchylenia przy czyszczeniu wewnętrznej powierzchni szyby - wysokość robocza do ~190-200 mm. - specjalnie zaprojektowany grill przedni dla zapewnienia stałej przedniej bariery powietrznej (prędkość przepływu powietrza ~0,5 m/s) - zainstalowana na stałe lampa UV, z funkcją programowania czasu pracy z poziomu panelu sterowania komory oraz możliwością sprawdzenia całkowitego czasu pracy lampy UV z poziomu sterownika - <u>automatyczny cykl fumigacji umożliwiający chemiczną sterylizację kanałów powietrznych i filtrów</u> 		
19	<p>Panel sterowniczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umiejscowiony na frontowej części komory roboczej, blokowany za pomocą klucza oraz dodatkowo trójpoziomowym hasłem dostępu. - sterowanie mikroprocesorowe – z min. 6" wyświetlaczem LCD z klawiaturą alfanumeryczną, pokazującym główne parametry pracy, w tym prędkość przepływu powietrza z wyświetlaną w czasie rzeczywistym wartością przepływu wyrażoną w m/s - sterowanie za pomocą przycisków membranowych odpornych na zalanie i umożliwiających wygodną pracę w rękawiczkach bez dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu np. pokręteł lub galek - sygnalizacja alarmowa (alarm optyczny i akustyczny) w przypadku nieprawidłowości związanych np. z zaburzeniami w przepływie laminarnym - na panelu sterowania obecna funkcja wyświetlania liczby godzin pracy komory, ilość godzin pracy filtrów HEPA, lampy UV oraz daty ostatniego serwisu 	Tak	
20	<p>Dodatkowe opcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterownik wyposażony w program do pełnej rekalkibracji komory bez konieczności podłączenia zewnętrznych nośników czy urządzeń - auto-kalibracja komory po każdym jej uruchomieniu z informacją o uzyskaniu parametrów dających bezpieczeństwo pracy - stały pomiar przepływu laminarnego i powietrza wyrzucanego z komory za pomocą anemometru łopatkowego - automatyczny powrót do poprzednich wartości (warunków pracy) przy jakich została przerwana praca w przypadku zaniku zasilania <p>Poziom głośności nie wyższy niż 54 dB</p> <p>Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego</p>	Tak	
21	<p>Dodatkowe opcje sterownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterownik wyposażony w program do pełnej rekalkibracji komory bez konieczności podłączenia zewnętrznych nośników czy urządzeń - auto-kalibracja komory po każdym jej uruchomieniu z informacją o uzyskaniu parametrów dających bezpieczeństwo pracy - stały pomiar przepływu laminarnego i powietrza wyrzucanego z komory za pomocą anemometru łopatkowego - automatyczny powrót do poprzednich wartości (warunków pracy) przy jakich została przerwana praca w przypadku zaniku zasilania <p>Poziom głośności nie wyższy niż 54 dB</p> <p>Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego</p>	Tak	
22	<p>Poziom głośności nie wyższy niż 54 dB</p> <p>Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min. 1000 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego</p>	Tak – podać	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
23	- 3 gniazda elektryczne, zabezpieczone elektrozaworem z możliwością włączenia z poziomu panelu sterowania, zabezpieczone przed zalaniem.	Tak - podać	

	- przyłącze gazu oraz dodatkowego medium np. próżni wewnątrz boks laminarnego - stelaż pod komorę, umożliwiający pracę w pozycji siedzącej, demontowalny, wykonany z materiałów lub zabezpieczony przed działaniem środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu etylowego, chloru aktywnego lub nadtlenku wodoru		
24	Stelaż na kriopudełka o wysokości 50 mm w ilości zapewniającej całkowite wykorzystanie przestrzeni roboczej zamrażarki (wszystkie 4 sekcje)	Tak - podać	
WYMAGANIA DODATKOWE			
25	Termin realizacji zamówienia do 28 dni od daty podpisania umowy	Tak – podać	
26	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego	Tak – podać	
27	Zapewniony autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	
28	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia konieczności naprawy nie dłuższy niż 48 godzin	Tak – podać	
29	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa	Tak – podać	
	Dokumenty niezbędne do załączenia:		
30	- certyfikat EN 12469 wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą np. TÜV - dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu PCA dla serwisanta.	Tak	
31	Szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)	Tak	
32	Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim	Tak	
33	Transport, wniesienie i instalacja w siedzibie Zamawiającego	Tak	

UWAGA!

* **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczętką imienną

Znak sprawy: 27/PON30/D/ODiZZB/DS/18

Załącznik nr 1a
do Ogłoszenia o zamówieniu –
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę i montaż komory laminarnej BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Komora laminarna BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego											
RAZEM											X	

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia o zamówieniu –
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/ model	Produ cent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
RAZEM										X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane transportem do miejsca użytkowania (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach, ul. Lubelska 2).
 - wartości związane z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dni od daty podpisania umowy.
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE przy ul. Lubelskiej 2 w Puławach, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Bożena Wlizio-Skowronek tel.261 519 837 e-mail: bwsk@wihe.pulawy.pl dokładnego terminu dostawy „Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający

Wykonawca

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:	
Firma:		Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii	
ul.		ul. Kozielska 4	
Kod, Miejscowość		01-163 Warszawa	
NIP		NIP 527-020-62-63	

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Rok prod.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: www.wihe.pl;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego jest Pan Waldemar Giel, adres e-mail: waldemar.giel@wihe.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 27/PON30/D/ODiZZB/DS/18, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO¹
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.