

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
„Dostawa i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
dla ZMRiBK WIHE w Warszawie”.*

1. Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa
Tel. 261853101
Faks: 261853133
e-mail: sekretariat@wihe.pl
NIP: 527-020-62-63
REGON: 010190547
Adres strony internetowej: www.wihe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE w Warszawie, o wymaganych minimalnych parametrach szczegółowo określonych w **Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego *Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*).

Na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty/materiały z dokładnym opisem oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

4. **Termin realizacji zamówienia:** do 30 dni od daty podpisania umowy.

5. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

6. **Udzielona gwarancja:** nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

7. **Termin płatności:** do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym Protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia.

8. **Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę upoważnioną):**

1. **Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego *Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*)

2. **Arkusze obliczenia ceny** (stanowiący Załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu - Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej).

9. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:

1. w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Aleksandra Osińska tel.261816141 e-mail: aleksandra.osinska@wihe.pl

2. w sprawach formalnych:

Sławomir Lewicki tel. 261816108.e-mail slawomir.lewicki@wihe.pl

10. Miejsce i termin składania ofert:

1. osobiście, pocztą (kurierem) na adres:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria ogólna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7),

lub

2. drogą elektroniczną (w PDF) e-mailem na adres: arkadiusz.ferski@wihe.pl

Ofertę należy oznaczyć w tytule:

*„Dostawa i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ZMRiBK WIHE w Warszawie” –
Spr. nr 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18.*

Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2018 r. o godz. 09:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu **informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej** (pkt.II) składają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym między innymi: podatek VAT, koszty transportu i wniesienia do miejsca użytkowania, koszty montażu, uruchomienia i serwisu gwarancyjnego, koszty przeszkolenia wskazanych pracowników użytkownika).

Cenę brutto należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena brutto – waga 80%

2. Udzielona gwarancja (w miesiącach) – waga 20%

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca minimalne wymagania Zamawiającego określone w Arkuszu informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej, i która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia bez podania przyczyny.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego *Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*).

14. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (w BIP) www.wihe.pl oraz przesłana e-mailem do Wykonawców.

Integralną część niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno eksploatacyjnej
- 1a. Arkusz obliczenia ceny
2. Projekt umowy
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zamówieniu –
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ZMRiBK WIHE w Warszawie

Lp.	1	2	3	4
Lp.	Informacje ogólne	Parametr (wartość) wymagany/a	Parametr (wartość) oferowany/a	(Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/Nie*
1	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY			
1	Pełna nazwa Wykonawcy		Tak - podać	
2	Dokładny adres Wykonawcy		Tak - podać	
3	Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy		Tak - podać	
4	NIP		Tak - podać	
5	REGON		Tak - podać	
6	Tel.		Tak - podać	
7	Fax		Tak - podać	
8	Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)		Tak - podać	
9	Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)		Tak - podać	
10	Adres e-mail ww. osoby		Tak - podać	
11	Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy		Tak - podać	
12	Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym		Tak	

OFERTA CENOWA

	Cena ofertowa brutto w zł	Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny do Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zł Słownie:
II			
13	Cena ofertowa brutto w zł	Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny do Ogłoszenia o zamówieniu - Zaproszenia do złożenia oferty cenowej zł Słownie:
III	OFERTA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA		
	KOMORA LAMINARNA 2 szt.		
14	Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska.	Tak	
15	Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,995% ($\pm 0,5\%$) dla cząsteczek $\geq 0,3\mu\text{m}$ ($\pm 0,1\mu\text{m}$).	Tak – podać	
16	Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej).	Tak	
17	Wymiary : szerokość zewnętrzna nie większa niż 130cm ($\pm 2\text{cm}$) głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 63cm ($\pm 2\text{cm}$) (z otworami recyrkującymi w blacie komory) ; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm ($\pm 2\text{cm}$); wysokość robocza nie mniejsza niż 77cm($\pm 2\text{cm}$) ; głębokość zewnętrzna do 80cm($\pm 2\text{cm}$) (wymiar pomieszczenia i transportu).	Tak – podać	
18	Boki komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi.	Tak	
19	Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości.	Tak	
20	Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi.	Tak	
21	Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu bocznego ; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu oraz utworzenie komory roboczej ponad górną krawędzią szyby; przesuwana ręcznie w kierunku góra-dół; funkcja umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej poprzez	Tak	

	włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylenia jej od położenia roboczego (bez zmiany jej nachylenia względem blatu); uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia.		
22	Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolującej wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami.	Tak	
23	Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości	Tak	
24	Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory.	Tak	
25	Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 1200 lux (± 100).	Tak- podać	
26	Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.	Tak	
27	Komora z własną podstawą, metalowy stelaż malowany proszkowo farbą epoksydową.	Tak	
28	Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory.	Tak – podać	
29	Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory).	Tak - podać	
30	Informacja o włączonej lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów	Tak	
31	Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy.	Tak	
32	Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej.	Tak	
33	Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania	Tak	

	filtrów.		
34	Komora dostarczana wraz z podstawą z regulacją wysokości co 5cm , celem dobrania optymalnej wysokości dla użytkownikóW, podstawa musi być certyfikowana i posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie badań zgodnie z normą EN ISO 9227 i EN ISO 10289 odporności na korozję.	Tak	
35	Poziom głośności nie większy niż 55dB(±5dB)	Tak-podać	
36	Zużycie energii nie większe niż 200 W (±10W) i nie większe niż 40 W(±5W) w trybie stand-by	Tak-podać	
37	Zasilanie 230V/50-60Hz	Tak - podać	
38	Komora laminarna musi posiadać i należy dołączyć jego kopię do oferty, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000 wydany przez upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą (nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN12469:2000)	Tak	
III Wymagania dodatkowe			
39	Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy	Tak – podać w dniach	
40	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na wszystkie elementy zamówienia co najmniej 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.	Tak – podać w miesiącach	
41	W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy na terenie Polski od ponad 5 lat, jeśli nie jest on ich producentem. Autoryzacja producenta dla wykonawcy do serwisowania urządzenia jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania badań i szybkości serwisowania urządzenia.	Tak – załączyć do oferty	
42	Ze względu na jakość urządzenia do ważnych badań, wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością, producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej normy ISO (np. ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.	Tak – załączyć do oferty	

43 Szkolenie osób wskazanych przez Użytkownika.		Tak
---	--	-----

UWAGA!

- * **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości
- Tak/ Nie** – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia

.....
 data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

Znak sprawy: 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18

Załącznik nr 1a

do Ogłoszenia o zamówieniu –
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

.....
pieczęćka firmowa Wykonawcy

Dostawa i montaż komory 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ZMRiBK WIHE w Warszawie
– Spr. nr 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18

Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Typ/model (podać)	Producent (podać)	Nr. kat. producenta (podać)	Ilość (podać)	J.m. (podać)	Cena jedn. netto [zł] (podać)	Wartość netto [zł] (podać) 7x9	Stawka VAT [%] (podać)	Kwota VAT [zł] (podać)	Wartość brutto* [zł] (podać) 10+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dostawa i montaż 2 komór laminarnych BIOHAZARD II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ZMRiBK WIHE w Warszawie					2	Szt.					
RAZEM												X

***Uwaga:**

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia

.....
data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

UMOWA DOSTAWY Nr (Projekt)

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

Lp.	Nazwa towaru	Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze	Typ/model	Producent	Nr. kat.	Ilość	J.m	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						2	szt					
RAZEM										X		

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – techniczno - eksploatacyjnej* stanowiącym ofertę z dnia, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia, zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości zł (słownie:).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:
 - wartość netto „Towaru”;
 - wartości związane z podatkiem VAT;
 - wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (.....).
 - wartości związane z montażem, uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym;
 - wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHE w Warszawie (budynek nr 18 przy ul. Szaserów 128), w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:
 - stosowne dokumenty gwarancyjne;
 - certyfikaty CE;
 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego –
tel. e-mail: dokładnego terminu dostawy „Towaru”
wymienionego w § 1.

§ 4

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres miesięcy licząc od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej
Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.
Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamawiający

Wykonawca

Sprawa nr: 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:	
Firma:		Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii	
ul.		ul. Kozielska 4	
Kod, Miejscowość		01-163 Warszawa	
NIP		NIP 527-020-62-63	

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nrz dnia

Lp.	Nazwa towaru	Typ	Producent	Nr seryjny (fabryczny)	Nr kat.	Ilość	Wartość brutto (PLN)

Gwarancja miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE¹Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE¹

Uwagi:

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Przedstawiciel Wykonawcy.....
Przedstawiciel Zamawiającego¹ Niepotrzebne skreślić

Opis kompletu (wyposażenie)

Lp.	Nazwa	Ilość	Nr seryjny (fabryczny)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: www.wihe.pl;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego jest Pan Waldemar Giel, adres e-mail: wgiel@wihe.waw.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 28/PON30/D/ZMRiBK/DA/DS/18, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8);
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO¹
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹ ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.