



**WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII**  
im. gen. Karola Kaczkowskiego  
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4  
tel. 261 853 101 fax 261 853 133  
e-mail: [kancelaria.jawna@wihe.pl](mailto:kancelaria.jawna@wihe.pl)



## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:*  
**„Sprzedaż i dostawa diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie”.**

### 1. Zamawiający:

**Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie**

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Tel.: 261853101

Faks: 261853133

e-mail: [kancelaria.jawna@wihe.pl](mailto:kancelaria.jawna@wihe.pl)

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

KRS 0000141719

Adres strony internetowej: [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)

### 2. Tryb udzielenia zamówienia:

**Rozeznanie rynku.**

*Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. Jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.*

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie”.

**CPV: 38510000-3 Mikroskopy**

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*.

3) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5) Koszty transportu (dostawy) pokrywa Wykonawca.

6) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty (materiały) z dokładnym opisem oferowanego sprzętu potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.

**4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę:**

1. Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej)
2. Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej).

**5. Termin realizacji zamówienia:** do 30 dni od dnia podpisania umowy.

**6. Warunki płatności:** przelew do 14 dni.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza możliwość stosowania przez wykonawcę względem zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

**7. Miejsce i termin składania ofert:** **Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Kancelaria jawna WIHE (bud. nr 1 pok. nr 7), ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa.**

**Termin składania ofert do 16.11.2020 r. godz. 09:00.**

**8. Sposób składania ofert:**

- 1) Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 7;
- 2) pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;
- 3) **drogą elektroniczną, na adres: [arkadiusz.ferski@wihe.pl](mailto:arkadiusz.ferski@wihe.pl); w (PDF).**

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w pkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

**„Oferta na sprzedaż i dostawę diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie” - Spr. nr: 19/PON30/D/SPNiB/OPUS/20”.**

**9. Kryteria oceny ofert:**

Cena – waga 100% (max. 100 pkt)

W kryterium **Cena (C) – waga 100%**, oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto} \\ \text{spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.} \times \text{waga kryterium (100\%)}$$

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszą cenę.

Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera **Załącznik nr 2** do niniejszego *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*).

**11. Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl).**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**12. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:**

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Antos-Bielska – tel. 261853136, e-mail: [malgorzata.bielska@wihe.pl](mailto:malgorzata.bielska@wihe.pl)

2) w sprawach formalnych:

Arkadiusz Ferski – tel. 261853185, e-mail: [arkadiusz.ferski@wihe.pl](mailto:arkadiusz.ferski@wihe.pl).

**Załączniki do niniejszego *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej*:**

- 1) załącznik nr 1- Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej
- 2) załącznik nr 1a – Arkusz obliczenia ceny
- 3) załącznik nr 2- Projekt umowy

DYREKTOR  
WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII  
  
cz.p.o. płk mgr inż. Paweł SERAFIN

.....  
pieczęćka firmowa Wykonawcy

### Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na sprzedaż i dostawę diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami oraz wyposażeniem dodatkowym dla SPNiB WIHE w Warszawie

| Lp.  | Informacje ogólne   | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
|--|---|-------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3                             | 4   |
| <b>INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY</b> |   |                               |   |
| 1  | Pełna nazwa Wykonawcy   | Tak - podać                   |   |
| 2  | Dokładny adres Wykonawcy  | Tak - podać                   |   |
| 3  | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać                   |   |
| 4  | NIP   | Tak - podać                   |   |
| 5  | REGON   | Tak - podać                   |   |
| 6  | Tel.  | Tak - podać                   |   |
| 7  | Fax   | Tak - podać                   |   |
| 8  | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada)   | Tak - podać                   |   |
| 9  | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax)             | Tak - podać                   |   |

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| 10  | Adres e-mail ww. osoby  | Tak - podać  |                               |
| 11  | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy  | Tak - podać  |                               |
| 12  | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym   | Tak  |                               |
| <b>II OFERTA CENOWA</b>                       |   |  |                               |
| 13  | Cena ofertowa brutto w zł   | Tak-podać<br>z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ..... zł<br>Słownie:<br>..... |
| <b>III OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA</b> |   |  |                               |
| <b>A WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE</b>        |   |  |                               |
|   | <b>Diagnostyczny Mikroskop Odwrócony z akcesoriami</b><br>- stabilny statyw z ramą odlaną z metalu<br>- oświetlenie LED min. 3 W z funkcją automatycznego wyłączenia po 15 minutach<br>- głowica binokularowa o pochyleniu okularów 45°<br>- rozstaw okularów min. 48 - 75 mm<br>- przełącznik światła okulary / kamera dwupozycyjny: 100 / 0; 0 / 100<br>- śruba makro z regulowanym momentem obrotowym<br>- dokładność śruby mikro co min. 1 µm, skok 0,2 mm/obrót,<br>- boczny port do podłączenia kamery<br>- miska rewolwerowa min. pięciogniazdowa<br>- optyka plan achromat<br>a) <u>obiektywy:</u><br>do kontrastu fazowego i jasnego pola: PH4x, | Tak - podać  |                               |

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
|    | <p>do kontrastu fazowego, kontrastu emboss i jasnego pola: PH10x, PH20x, PH40x</p> <p>do jasnego pola i kontrastu Hoffmana: 10x, 20x, 40x</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okulary 10x o polu widzenia min. 22 mm wyposażone w muszle oczne</li> <li>- stołik z mechanizmem ruchu x, y o zakresie min. 128 × 80 mm i wymiarach bez dodatkowych przedłużek co najmniej: 170 × 250 mm</li> </ul> <p>b) <u>wkładki do stolika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniwersalna, rozsuwana m. in. na małe butelki do hodowli i preparaty na szkiełku,</li> <li>- na płytki Terasaki</li> <li>- na płytki Petriego o średnicach: 35 mm, 54 mm, 90 mm</li> <li>- okrągłe płytki przedmiotowe do stolika: szklana, metalowa</li> <li>- kondensor N.A. 0,3; odległość robocza min. 75 mm, po demontażu kolektora światła min. 185 mm</li> <li>- pokrowiec na mikroskop, kabel zasilający</li> <li>- łącznik do montażu kamery o faktorze 1 x</li> </ul> |     |  |
| 15 | <p>Wzorzec miary na szkiełku z podziałką wertykalną i horyzontalną 1mm/100 (działka 10µm), wzorcem długości 10mm z działką 0,1 mm oraz wzorcami punktowymi: 0,15mm i 0,07mm;</p>   | Tak |  |
| 16 | <p>Kamera o rozdzielczości maksymalnej 20 MPix z oprogramowaniem pomiarowym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sensor o rozmiarze min. 1" CMOS</li> <li>- maksymalna rozdzielczość min. 20MPix</li> <li>- rozmiar piksela co najmniej 2,4µm x 2,4µm</li> </ul>   | Tak |  |

- maksymalne szybkości: min. 14 klatek/s dla rozdzielczości maksymalnej, min. 50 klatek/s dla rozdzielczości 5MPix
- wbudowany procesor obrazu
- głębia kolorów 36 bit
- zakres regulacji czasu ekspozycji min. od 0.2 ms do 15s
- zakres temperatury barwowej zdjęć min. 2000K-15000K
- obudowa: metalowa
- interfejs USB 3.0, 0.5GB/s, z odłączanym kablem; zasilanie z portu USB
- redukcja szumów – odszumianie 3D pozwala uzyskać wysoką jakość obrazowania przy niewielkich ilościach światła
- zakres dynamiki min. 59.5 Db
- rozmiar piksela: 2,4µm x 2,4µm
- minimalne cechy oprogramowania:
- w wersji w językowej polskiej i angielskiej
- funkcja składania wielu obrazów z osi X, Y pozwalająca zarejestrować obszar preparatu większy niż pojedyncze zdjęcie zarówno z obserwacją procesu składania na żywo jak też dostępna w trybie składania zdjęć już po ich wykonaniu
- okablowanie
- skalowanie podglądu próbki w czasie rzeczywistym, nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji
- funkcje pomiarów planimetrycznych: obwodów, pól powierzchni, wieloboków i okręgów, kątów, zliczania obiektów; pomiary warstw, równoległości, prostopadłości;
- funkcja rejestracji obrazu o rozszerzonej głębi ostrości zarówno w trybie podglądu jak i po wykonaniu zdjęć
- funkcje poprawy jakości i kolorów zdjęć: kontrast, gamma, wzmocnienie, saturacja, jasność, nasycenie, RGB
- wyświetlanie histogramu dla podglądu na żywo preparatu z możliwością ustawienia progów odcięcia

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksport danych pomiarowych do formatu Excel i txt oraz możliwość wydruku raportu</li> <li>- wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości FPS (liczba klatek na sekundę) dla przechwytywanego obrazu,</li> <li>- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu oraz i zapisu jako plik video</li> <li>- funkcja HDR działająca w trybie „na żywo” oraz w trybie łączenia zdjęć o różnym poziomie naświetlenia</li> <li>- wyrównanie równomierności oświetlenia próbki w podglądzie na żywo</li> <li>- co najmniej cztery profile ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień,</li> <li>- wycinanie dowolnego fragmentu obrazu i podgląd tego obszaru próbki na żywo,</li> <li>- możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez konieczności zapisu obrazu</li> <li>- jednoczesne porównanie na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem zapisanym wcześniej</li> <li>- obsługa formatów zapisu plików co najmniej: DICOM, BMP, TIFF, JPEG, oraz AVI – do zapisu filmów; możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w więcej niż jednym formacie pliku</li> <li>- możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej trzech formatach pliku</li> <li>- dostępne tryby ekspozycji: automatyczny, manualny; balans biały: automatyczny, manualny; balans czerni</li> <li>- możliwość wprowadzenia „na żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu z siatką</li> <li>- personalizacja interfejsu zarówno w trybie podglądu jak też wyświetlania obrazu oraz pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery oraz ukrywania nieużywanych paneli</li> <li>- filtr wyostrzania, binaryzacji, rozmycia (Gaussowski, Box, Mediana)</li> </ul> |  |
|--|---|--|



|          |  |                                 |  |
|----------|--|---------------------------------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inwersja kolorów</li> <li>- obsługa wielu warstw pomiarowych</li> <li>- możliwość zapisu przez użytkownika sekwencji pomiarów wraz z oczekiwanym wynikiem i jego tolerancją</li> <li>- manualny pomiar klas i wskazanie obiektów, które należą do każdej z klas w celu wyświetlenia procentowego udziału każdej klasy</li> <li>- manualny pomiar klas i wskazanie obiektów, które należą do każdej z klas w celu wyświetlenia procentowego udziału każdej klasy</li> <li>- możliwość definiowania długości znacznika skali na wyświetlanym obrazie</li> </ul> <p>Moduł szybkiego podglądu, umożliwiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyświetlanie 4 zdjęć jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym,</li> <li>- wyświetlanie mapy całego zdjęcia z opcją śledzenia miejsc oglądanych,</li> <li>- wyświetlanie mapy zdjęcia różniującej graficznie obejrzone zdjęcie w całości od części nieobejrzonej,</li> <li>- 2 tryby widoku zdjęcia: rzut z góry i perspektywa</li> </ul> |                                 |  |
| 17       | Deklaracja dowodząca, że oferowany mikroskop spełnia wymagania dla wyrobu medycznego.  | Tak- załączyć do oferty         |  |
| 18       | Certyfikat ISO producenta i serwisu  | Tak - załączyć do oferty        |  |
| 19       | Dokument autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP   | Tak – załączyć do oferty        |  |
| <b>B</b> | <b>1.1 WYMAGANIA DODATKOWE</b>   |                                 |  |
| 20.      | Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy  | <b>Tak – podać w dniach</b>     |  |
| 21.      | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej Protokołem zdawczo-odbiorczym.   | <b>Tak – podać w miesiącach</b> |  |

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 22. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |
|-----|--|-----|--|

**UWAGA!**

\* **Tak-podać** – należy podać oferowane parametry/wartości

**Tak/ Nie** – należy wpisać Tak lub Nie

..... dnia .....

.....

Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczęcią imienną

.....  
 pieczęćka firmowa Wykonawcy

### Arkusz obliczenia ceny

#### Oferta na sprzedaż i dostawę diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie

| Lp.          | Przedmiot oferty   | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                           | 7             | 8            | 9                             | 10                             | 11                     | 12                     | 13                                |
| 1            | Sprzedaż i dostawa diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie |  |                   |                   |                             |               |              |                               |                                |                        |                        |                                   |
| <b>RAZEM</b> |  |  |                   |                   |                             |               |              |                               |                                |                        |                        |                                   |
|              |  |  |                   |                   |                             |               |              |                               |                                | X                      |                        |                                   |

\*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt.13)

..... dnia .....

.....  
 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczętką imienną

## UMOWA DOSTAWY Nr.....(Projekt).

W dniu .....2020 roku w Warszawie pomiędzy:

**Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527-020-62-63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

..... – DYREKTORA WIHE

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

....., z siedzibą w ..... przy ul. ...., kod pocztowy: ....., REGON ....., NIP ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ....., nr ....., reprezentowaną przez:

..... – .....,

zwaną dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa diagnostycznego mikroskopu odwróconego z akcesoriami dla Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej*, stanowiącym ofertę z dnia .....2020 r., którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. „Wykonawca” zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 do Samodzielnej Pracowni Nanobiologii i Biomateriałów WIHE w Warszawie.

### § 2

1. Za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 „Zamawiający” zobowiązuje się Zapłacić „Wykonawcy” cenę w łącznej kwocie ..... **zł brutto** (słownie: .....).
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z transportem do siedziby „Zamawiającego” wraz z załadunkiem i rozładunkiem, opakowaniem transportowym, opłatami pośrednimi, należnościami celnymi, uruchomieniem, rabatami cenowymi i podatkiem VAT oraz opłatę za opakowanie producenta.

### § 3

„Zamawiający” zobowiązuje „Wykonawcę” do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez „Zamawiającego” w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia .....2020 r., zaś „Wykonawca” zobowiązuje się wymagania te spełnić.

### § 4

1. Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się **do ..... dni** od dnia

podpisania niniejszej umowy.

2. „Wykonawca” udziela ..... miesięcznej gwarancji od daty dostawy przedmiotu umowy potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym.

## § 5

1. Termin płatności strony ustaliły na 14 dni (słownie: czternaście dni) licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, która może zostać przez „Wykonawcę” wystawiona po dostarczeniu kompletnego i zgodnego z wymogami „Zamawiającego” przedmiotu zamówienia potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy .
2. Należność będzie przekazana na konto „Wykonawcy” wskazane na fakturze.
3. **Fakturę wraz z podpisanym Protokołem zdawczo-odbiorczym należy dostarczyć do Kancelarii jawnej WIHE w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 (bud nr 1 pok. Nr 7).**
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza możliwość stosowania przez „Wykonawcę” względem „Zamawiającego” ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.

## § 6

1. „Zamawiający” może naliczyć „Wykonawcy” kary umowne z tytułu:
  - a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto towaru niedostarczonego przez „Wykonawcę” w umówionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - b) stwierdzonego przez „Zamawiającego” niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w całości (np. z powodu dostarczenia towaru niezgodnego z wymaganiami „Zamawiającego”, o których mowa w niniejszej umowie) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2. W takim przypadku „Zamawiającemu” przysługuje także prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od „Wykonawcy”;
  - c) stwierdzonego przez „Zamawiającego” niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w części (np. z powodu dostarczenia części towaru niezgodnego z wymaganiami „Zamawiającego”, o których mowa w niniejszej umowie) w wysokości 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, w której umowa została przez „Wykonawcę” wykonana w sposób nienależyty lub nie została wykonana;
  - d) Odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od „Zamawiającego” w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w §2.
2. W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokrywa w pełni wysokości szkody poniesionej przez „Zamawiającego”, „Zamawiającemu” służy roszczenie o pokrycie różnicy na zasadach ogólnych.

## § 7

1. Odstąpienie od niniejszej umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b i d może nastąpić w terminie 6 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku określonym w § 6 ust. 1 lit. c nie będą przysługiwały „Wykonawcy” inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za asortyment już dostarczony i przyjęty przez „Zamawiającego”.

## § 8

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze „Zamawiający” niezwłocznie zawiadomi o tym „Wykonawcę”.
2. „Wykonawca” zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na złożoną przez „Zamawiającego” reklamację w terminie do 5 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem „Zamawiającego”.
3. „Zamawiającemu” przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru w całości lub w części i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

- a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości, w tym nie posiadającego określonego w niniejszej umowie terminu gwarancji,
  - b) dostarczenia towaru niezgodnego z przedmiotem zamówienia.
4. „Zamawiającemu” przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem.

#### **§ 9**

1. „Wykonawca”, w przypadku powstania ewentualnych zaległości płatniczych po stronie „Zamawiającego”, zobowiązuje się niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji „Zamawiającego”.
2. Dla należności przeterminowanych (których termin płatności już minął) „Wykonawca” zobowiązuje się do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do „Zamawiającego” o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty zaległych należności „Wykonawcy”, przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu ich ewentualnego sądowego dochodzenia.
3. „Wykonawca” może dokonać przelewy wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody „Zamawiającego”.

#### **§10**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do niniejszej umowy.

#### **§ 11**

1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby „Zamawiającego”.

#### **§ 12**

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:  
Załącznik Nr 1 - Kserokopia Arkusza informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej.  
Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu odbioru

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Znak sprawy: .....

Załącznik nr 2 do umowy

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru .....

| WYKONAWCA:       |  | ZAMAWIAJĄCY:                              |  |
|------------------|--|---|--|
| Firma:           |  | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |  |
| ul.              |  | ul. Kozielska 4                           |  |
| Kod, Miejscowość |  | 01-163 Warszawa                           |  |
| NIP              |  | NIP 527-020-62-63                         |  |

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr .....z dnia .....

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
|-----|--------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-------|----------------------|
|     |              |     |           |                        |         |           |       |                      |
|     |              |     |           |                        |         |           |       |                      |
|     |              |     |           |                        |         |           |       |                      |
|     |              |     |           |                        |         |           |       |                      |

Gwarancja ..... miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE<sup>1</sup>

Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE<sup>1</sup>

Uwagi:

.....

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|
|     |                 |        |     |                 |        |
|     |                 |        |     |                 |        |
|     |                 |        |     |                 |        |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....  
Przedstawiciel Wykonawcy

.....  
Przedstawiciel Zamawiającego

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

