



WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 101, fax 261 853 133
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, 10. maja 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie – Spr. nr 04/D/SPNiB/OPUS19/21.

Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 07.05.2021r.

Szanowni Państwo,

w wyniku wpłynięcia w dniu 07.05.2021 r. zapytań do ww. postępowania, poniżej zamieszczamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści system back-up CO2 o równoważnych parametrach posiadający pojedynczy wyświetlacz LCD ze wskazaniem temperatury oraz % zużycia gazu?

Mając na względzie zasady uczciwej konkurencji informujemy, iż oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż wyświetlacz LCD pokazuje o wiele więcej informacji diagnostycznych odnośnie parametrów pracy zamrażarki. Dodatkowo nasze rozwiązanie pozwala ściągnąć dane z systemu back-up na pendrivea w celu archiwizacji parametrów pracy. Ma również możliwość dołączenia alarmu GSM o stanach awaryjnych urządzenia”.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

cz.p.o. płk mgr inż. Paweł SERAFIN