



**WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I
EPIDEMIOLOGII**

im. gen. Karola Kaczkowskiego
01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 101, fax 261 853 133
e-mail: kancelaria.jawna@wihe.pl

#SZCZEPIMYSIĘ

Warszawa, *07* października 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie –
Spr. nr 07/D/SPNiB/OPUS19/21.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami dla SPNiB WIHE w Warszawie” informuje, że udzieli zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy:

SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J.
Ul. Andrychowska 7, 01- 447 Warszawa

cena ofertowa brutto: 99 243,78 zł.

Odrzucono ofertę Wykonawcy złożoną przez:
FROST Tomasz Jankowski,
Ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki.

Uzasadnienie:

1. Nie podano w arkuszu obliczenia ceny informacji o wszystkich produktach, które Zamawiający wymienił w arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (m.in. informacje dotyczące płytek do hodowli 3D podano ogólnikowo, bez specyfikacji producenta lub numeru katalogowego, brak możliwości zidentyfikowania oferowanego rejestratora temperatury).
2. Brak autoryzacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla zamrażarki (certyfikat przeterminowany o 12 miesięcy).
3. Zaoferowany system CO2 backup (BT-100) stanowi rejestrator temperatury, natomiast ten sam producent oferuje system backup CVK-M, który nie spełnia wymogów Zamawiającego (nieprawidłowe wymiary zewnętrzne, brak dwóch odseparowanych wyświetlaczy LED wskazujących temperaturę i % pozostałego gazu w butli oraz brak oddzielnych wskaźników zasilania sieciowego i stanu awaryjnego).
4. Brak dokumentu autoryzacji potwierdzającego autoryzowany serwis CO2 backup oraz niezależnego rejestratora temperatury (brak stosownego upoważnienia ze strony firmy Benetech sp. z. o.o.).

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
WOJSKOWEGO INSTYTUTU HIGIENY I EPIDEMIOLOGII


prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Marcin SOBCZAK